

我院本次采购经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪采用询价采购方式进行采购，有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB201804-03

2. 项目名称：经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪招标公告

3. 项目限价：人民币 9.8 万元正

4. 项目内容：

4.1、主要参数：

(1)、单通道治疗；

(2)、▲触摸液晶显示屏，触摸屏操作模式；

(3)、▲有固化模式的专家处方和自设模式两套治疗方案设置；

(4)、▲治疗开始前有自检功能，治疗开始后具有对治疗终端(经颅超声治疗头和电极板)接触状态及输出剂量实时监测功能；

4.2、技术指标：

(1)、超声频率：800KHz 超声输出功率：1.2W

(2)、超声治疗头有效辐射面积：2.0cm²

(3)、超声输出模式：连续模式，脉冲模式；占空比：10%-100%

(4)、电刺激频率：20-1000Hz；电脉冲宽度 100 μs；脉冲幅值：45V，可调

(5)、电刺激输出模式：动力性（间歇输出），静力性（连续输出）

(6)、输入电压/频率：220V/50Hz

4.3、产品配置要求

序号	名称	单位	数量
1	治疗仪主机	台	1
2	经颅超声治疗头	副	1
3	电刺激导线	条	2
4	自粘电极片	对	10
5	弹性头带	个	5
6	医用超声耦合剂	支	1
7	电源线	条	1
8	说明书	本	1
9	合格证	张	1

注：技术参数中“▲”号为重要参数（功能）。

5. 交货时间：签订合同后 20 日内。

6. 合格报价人的基本条件：

(1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业

执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

（2）报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

（3）所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

（4）报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、调试、含税发票等。

8. 报价截止时间：2018年4月19日下午17:00时前。

9. 以上资料必须密封在标准的档案袋中，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。报价递交（或邮寄）地点：广州市新港西路海康街68号，广东省职业病防治院办公楼405房。

10. 采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。