

我院本次采购牙科高速窝轮钻（以下简称手机钻），采用询价采购方式进行采购，有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB201804-03

2. 项目名称：牙科高速窝轮钻招标公告

3. 项目限价：人民币 5.8 万元正

4. 技术参数及要求：

4.1、手机钻接口须与我院现有牙科仪器快接头兼容，投标前可现场核对；

4.2、有新型珠状防滑纹；

4.3、采用陶瓷滚珠轴承；

4.4、手机钻需有喷水、喷雾功能；

4.5、配有按压式车针抗过热卡紧装置；

4.6、需有整体玻璃导光棒和液体止回阀；

4.7、转速须达到 310000 转/分钟；

4.8、接头可 360 度旋转；

4.9、管线带一体式回气管；

4.10、车针直径 1.6mm，符合 ISO1797 标准；

4.11、可不带光纤

5. 数量：10 支

6. 交货时间：签订合同后 30 日内。

7. 合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、调试、含税发票等。

8. 报价截止时间：2018 年 4 月 19 日下午 17:00 时前。

9. 以上资料必须密封在标准的档案袋中，并在封面上注明投标项目名称、公司、

联络人及电话号码。报价递交（或邮寄）地点：广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

10. 采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。