

# 广东省职业病防治院采购红外线热像检测仪 招标公告(重招)

我院本次采购红外线热像检测仪，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB201806-07
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购红外线热像检测仪招标公告
- 3、项目最高限价：人民币 17 万元正
- 4、采购数量：1 台
- 5、红外线热像检测仪技术参数及要求：

像素	≥320×240 精密位移成像
IFOV, mrad	1.31
热灵敏度 (NEDT) ( 30 °C)	0.05 °C
数码相机像素值	≥500 万
测量范围	-20~1200 °C
精度	±2%±2 °C，取大值
聚焦方式	laserssharp，多点对焦成像系统
显示屏（有效显示面积）	3.5"（触摸屏）
可见光拍摄、可见光与红外融合、热叠加	有可见光拍摄及可见光与红外融合
是否有激光瞄准/是否有现场照明功能/补光器	有
MSX	Edge sharp
高/低温自动捕捉	有
可移动点	≥3 个
中间框 / 多个可移动区域	有中间框，
温度报警/等温线/声音报警	高/低温报警/等温线
视频录像-本机存储	可存带温度数据
语音、文本注释	有语音注释
无线传输/蓝牙	有
连续数据输出及处理功能	USB 视频
是否是触摸屏操作	有
电池类型	锂电池
是否有备用电池	有
抗跌落性能	有，
MeterLink /CNX/FC	有

6、交货时间：签订合同后 20 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、含税发票等。

8、递交投标文件截止时间：2018年7月24日下午17:00时前。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街68号，广东省职业病防治院办公楼405房钟小姐，联系电话：020-34063091。