

广东省职业病防治院采购电热鼓风干燥箱 招标公告

我院本次采购电热鼓风干燥箱，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201809-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购电热鼓风干燥箱招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币¥18000.00 元。
- 4、采购数量：1 套
- 5、项目技术参数及要求：

序号	设备名称	技术指标
1	电热鼓风干燥箱	1、电源电压：380V 50HZ 2、控温范围：RT+10-250℃ 3、温度分辨率：±0.1℃ 4、温度波动率：±0.5℃ 5、工作环境温度：+5-40℃ 6、输入功率：4500W 7、内胆尺寸(mm)：800×600×1300 8、外型尺寸(mm)：950×780×1720 9、载物托盘(标配)：4块(pcs) 10、定时范围：1-9999min 11、设备装有漏电保护装置。 12、箱体背部配2个风机，风机间距≥500mm,箱体底部离风机的垂直高度分别≥ 400mm及≥900mm。 13、循环系统采用背部吸风，两侧送风。

- 6、交货时间：签订合同后 20 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：
 - 7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
 - 7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。
 - 7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。
 - 7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。
 - 7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、进口商检费用、含税发票等。

8. 递交投标文件截止时间：2018 年 9 月 27 日下午 17:00 时前。
9. 以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091 。