

# 广东省职业病防治院采购大容量马弗炉招 标公告

我院本次采购大容量马弗炉，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201810-02
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购大容量马弗炉。
- 3、项目最高限价：人民币¥210000 元。
- 4、采购数量：1 套
- 5、项目技术参数及要求：

| 序号 | 设备名称   | 技术指标及配置要求 |
|----|--------|-----------|
| 1  | 大容量马弗炉 | 见附件       |

- 6、交货时间：签订合同后 30 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：
  - 7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
  - 7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。
  - 7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。
  - 7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。
  - 7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、进口商检费用、含税发票等。
8. 递交投标文件截止时间：2018 年 10 月 23 日下午 17:00 时前。
9. 以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091 。

附件：

技术参数及要求

- 1) 最高温度：1200℃
- 2) 内尺寸：大于或等于 320 x 320 x 320 mm

- 3) ★容积：大于或等于 30L
- 4) 带有后通风装置的双壁炉膛结构，因此外壁温度较低
- 5) 5 面加热确保良好的温度均匀性，安装在支承管上的加热元件自由辐射热量，使用寿命长久，控制器安装在炉门上，可移动，方便操作
- 6) 炉底 SiC 板保护底部加热，并能平稳堆放，采用多层次的无纤维轻质耐火砖保温结构和特殊的绝热设计，炉门采用砖对砖密封结构，并经过手工磨砂
- 7) 高连接功率降低加热时间，自承式拱形炉顶结构稳定，在最大程度上起到防尘作用，炉门配备快速闭合装置
- 8) ★炉底设有无级可调进气门，马达驱动的排气盖，包含支架
- 9) ★用不易燃保护气体或反应气体吹洗电炉所需的保护气体接口，自动供气系统
- 10) ★控制器包含 5 个程序，每个程序包含 4 个温度段，包含 2 个额外功能（例如自动排气盖及自动通气）。包含自我优化功能，时钟，平板蓝白液晶显，文本显示的状态信息，通过旋钮和按钮来输入数据，可输入工艺名称（比如：“烧结”），按键锁定，用户管理，用于段切换的 Skip 按键，以步进 1 °C 或 1 Min 输入程序，开始时间可调，切换 °C/° F，kWh 计数器，运行时数计数器，设置点输出；
- 11) 用一个 USB 闪存记录过程数据，故障储存器。
- 12) 连接电压：200V-240V 或 380V-480V ， 50 或 60Hz

注明：带★号条款为不可偏离参数，投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标，或非实质性响应有重大偏离的，将导致投标无效。