

广东省职业病防治院采购显微镜招标公告

我院本次显微镜项目采用询价方式进行采购。有关投标事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB201811-02；
2. 项目名称：广东省职业病防治院采购显微镜 2 台；
3. 项目最高限价（人民币）：7 万；
4. 项目内容：

序号	名 称	单 位	数 量	参 数	备 注
1	显微镜	台	2	见附表	可以放入 1.2×0.8×0.8 米的箱体

5. 交货时间：签订合同后 20 日内。
6. 合格报价人的基本条件及注意事项：
 - (1)具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
 - (2)投标人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。
 - (3)投标人必须提供合法证照及仪器相关行业证书、法人委托授权书等复印件并加盖公司印章。
 - (4)所投产品能满足本项目内容中技术参数、要求。
 - (5)报价人需按对照附件“技术参数、要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。
7. 报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、调试、培训、含税发票等。
8. 报价截止时间：2018 年 11 月 26 日下午 17:00 时前。
9. 以上资料必须密封在标准的档案袋中，并在封面上注明投标包组项目名称、公司、联络人及电话号码。报价递交（或邮寄）地点：广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。
10. 采购联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。

附件：

名称	技 术 参 数	
显 微 镜	光学系统	UIS 光学系统（无限远校正系统）
	照明装置	内置透射光柯勒照明，6V30W 卤素灯或 LED 灯，100-120V/220-240Vg，0.85/0.45A50/60Hz
	调焦系统	载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为 36.8mm，总行程为 25mm，微调行程为每圈 0.2mm，具备粗调限位器和张力调整环
	换镜转盘	向内侧倾斜的固定 4 孔物镜转盘
	视场数	≥20
	瞳间距	48-75mm
	载物台	尺寸为≤188mm×134mm，活动范围为 X 轴向 76mm×Y 轴向 50mm，双片标本夹，标配橡胶帽

	聚光镜	阿贝聚光镜，内置日光滤色片，数值孔径 1.25（浸油时），内装式孔径光阑
	物镜	4X，10X，40X
	观察筒	双目
	电压/频率：	220v/50Hz
	尺寸/重量	≤233（宽）×411（高）×367.5（长）mm/≤8kg