

广东省职业病防治院采购粉尘测量仪

招标公告

我院本次采购粉尘测量仪项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFY SB201812-05
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购粉尘测量仪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 **3.5 万元整**。
- 4、采购数量：1 台。
- 5、仪器技术参数及要求如下：
 - 5.1、传感器类型：90° 光散射，650nm 激光二极管；
 - 5.2、粉尘浓度范围：0.001 ~ 100mg/m³；
 - 5.3、颗粒尺寸范围：0.1 ~ 10um；
 - 5.4、最小分辨率：0.001 mg/m³；
 - 5.5、内置切割器，无特定粒径段、1.0、2.5、5、10 及可选配 0.8um DPM 可拆卸旋风分离器；
 - 5.6、可自行零点校准；
 - 5.7、显示统计数据：最大值、最小值、平均值、使用时间和 TWA；
 - 5.8、数据记录：大约 80000 个，记录间隔用户可调，通过软件进行数据分析；
 - 5.9、显示：高分辨率彩色 OLED；
 - 5.10、通讯接口：USB2.0；
 - 5.11、操作温度 0℃ ~ 50℃；储存温度 -20℃ ~ 60℃；
 - 5.12、重量：≤0.62kg；
- 6、交货时间：签订合同后 20 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：
 - 7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。
 - 7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。
 - 7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。
 - 7.4、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。
 - 7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。
- 8、递交投标文件截止时间：**12 月 17 日下午 17:00 时前**。
- 9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**，请递交（或邮寄）到广州市新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房钟小姐，联系电话：020-34063091。