

广东省职业病防治院采购小型高速冷冻离心机

招标公告

我院本次小型高速冷冻离心机采购项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYSB201905-01

2、项目名称：广东省职业病防治院采购小型高速冷冻离心机招标公告。

3、项目最高限价：人民币 5.2 万元整。

4、采购数量：1 台。

5、本台仪器技术参数及要求如下。

5.1、转速为 15,000rpm;

5.2、离心力为 21,130g;

5.3、★更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由应用微生物研究中心的测试并认证；

5.4、具有宽泛的温控范围：-10 ° C 至 +40 ° C ，并可在离心机运行期间设置。

5.5、离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 ° C 降温至 4 ° C 仅需 8 分钟。

5.6、具备“standby cooling”待机冷却功能，即使在待机状态下可持续制冷长达 8 小时。

5.7、卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；

5.8、4 种不同的转子可供选择；其中 2 款为气密性角转，1 款为特殊涂层转子；

5.9、离心结束后自动开盖，减少样品预热；

5.10、★可选择旋钮式和按键式两款不同型号；

5.11、“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

5.12、“at set rpm” 定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性；

5.13、★转子和适配器可以整体高压灭菌；

5.14、★符合 IEC 1010-2-020 的安全标准；

5.15、电压/频率要求：**220V/50Hz**

5.16、配置：

5.16.1、主机一台；

5.16.2、标准气密型 24 × 1.5/2.0ml 角转头一个。

6、交货时间：签订合同后 **30** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4 技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

（1）质量保证期为验收合格后 1 年以上。

（2）质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。

（3）投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

厂家在广东省有分公司或维修站，能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 12 小时响应；72 小时到现场。

在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、安全检测报告及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2019 年 5 月 8 日至 2019 年 5 月 15 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。