

广东省职业病防治院采购气管插管模型 招标公告

我院本次采购气管插管模型项目，采用询价方式进行招标采购，有关投标事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB201908-09。
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购气管插管模型招标公告。
- 3、项目最高限价（人民币）：叁万捌仟元整。
- 4、采购数量：1台（套）。
- 5、技术参数及要求：

仪器名称	技术参数及要求	数量 (台)
气管插管模型	<ol style="list-style-type: none"> 1、可进行气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种病理、生理情况，气道解剖结构完全和真实一样； 2、具备真实的解剖特征，可以有效地讲解 Sellick 手法和气管痉挛； 3、★有插管手法错误报警声，可模拟牙齿断裂； 4、插管过深可引起右侧肺扩张； 5、可以提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 6、可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习； 7、模拟胃胀气和呕吐情况； 8、★单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构； 9、★模拟气管痉挛，增加插管难度； 10、可以进行光导气管插管的使用练习； 11、真实模拟解剖及头部位置能有效地进行插管的训练； 12、可吸引液体异物，提供实际处理气道阻塞训练； 13、模型固定在训练板上，容易使用，每一个训练模型都装在硬箱内并配备有清洁剂； 14、独立的气道解剖模型可配合其它模型使用。 15、配置清单：插管模型 1 个、润滑剂 1 支、说明书 1 本 	1

备注：本项目带★为必须响应条款，否则作废标处理。

6、交货时间：签订合同后 **30** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人须持有效期内的《ISO9001、ISO13485、ISO14001》等国际认证、《医疗器械经营许可证》、所投产品通过 CE 认证，需提供（加盖公章）复印件证明；

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.5、报价人对附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.6、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、结算及付款方式

8.1. 结算方式：

按合同约定，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算，结算时如用户有要求卖方提供发票，卖方必须提供。

8.2. 付款方式：

8.2.1. 按广东省财政部门的规定国库直接支付。

8.2.2. 付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），最终支付时间以国库支付中心为准。

8.2.3. 在省财政该项专项资金到账的情况下，中标人需在合同签订后十五个工作日内向采购人提供下列单据，采购人向中标人按合同总价的 100%一次性支付货款。支付前，中标人需同时向采购人提供以下单据：

- a. 合同；
- b. 乙方开具相应金额的正式发票；
- c. 乙方提供 50%履约保证金；

8.2.4. 货物全部交验完毕并双方签字验收合格后，乙方凭合同、验收合格报告（盖收货方章）、向甲方申请退 50%履约保证金。

9、履约保证金

9.1. 中标人与采购人在签订合同前须交纳中标金额的 3%作为履约保证金；

9.2. 项目验收合格后，3%的履约保证金直接转为质量保证金。质保期内即待安装调试运行正常使用后，如中标方能按要求响应相关服务、设备无质量问题后给予无息退还。

9.3. 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从质保金中取得补偿。

10、质保期

10.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

10.2. 质量保证期（简称“质保期”）**1 年以上**，质保期内乙方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，提供安装培训，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

10.3. 国内备有零备件库。

10.4. 终身提供及时技术支持

10.5. 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免

费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

10.6. 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月内在同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机部件。

10.7. 保修期内如合同设备需要维修致使甲方不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。

11、其他要求

11.1、设备安装验收合格后，中标方必须将每一台（套）设备的整套技术资料（中英文）包括操作手册（使用说明）、维修保养手册，基本原理图或有关电路图、安装手册/产品合格证等交给用户方，同时提供所有仪器设备的使用及维护的免费培训。

11.2、本项目设定招标最高限价，超出限价作废标处理。

12、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

13、符合资格的投标人应当在 2019 年 08 月 14 日至 2019 年 08 月 21 日 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。