

广东省职业病防治院采购全自动立式 高压灭菌器招标公告

我院本次全自动立式高压灭菌器采购项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYB201911-01

2、项目名称：广东省职业病防治院采购全自动立式高压灭菌器招标公告。

3、项目最高限价：人民币 3.2 万元整。

4、采购数量：1 台。

5、本台仪器技术参数及要求如下。

5.1. 容量： $\geq 54\text{L}$ ，可设定作业密码，具备用户权限管理功能。

5.2. 立式结构，底部带脚轮

5.3. 灭菌腔材料：SUS304 不锈钢，

5.4. 灭菌工作温度： $\geq 135^{\circ}\text{C}$

★5.5. 时间范围：灭菌时间：1-5000 分钟，融化时间：1-5000 分钟，保温时间：1-8000 分钟，
定时启动时间：0 分钟-5 天

★5.6. 压力：设计压力 $\geq 0.29\text{MPa}$ ，安全阀起跳压力 $\geq 0.26\text{MPa}$

5.7. 存储系统：可同时创建 20 条以上程序

★5.8. 四级排气系统，可根据灭菌物品不同，设定不同排气等级

5.9. 采用智能化微电脑系统，可以实现对灭菌过程的全自动控制

5.10. 人性化权限管理，可以对仪器分多种权限进行管理

5.11. 记忆存储系统，可设置自己的灭菌参数，记忆存储起来，断电也不会丢失

5.12. 定时启动：可预约灭菌器，设定灭菌器，灭菌器按预约时间启动

5.13. 具有琼脂处理功能：可以对琼脂进行加热、融化、保温，以及对腔体进行预热处理

5.14. 预置四种及以上灭菌模式，可针对固体，液体，琼脂等灭菌

5.15. 防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成，可以防烫

★5.16. 安全联锁装置：具有安全联锁装置，腔内有压打，腔盖无法打开，过压双重保护：配备安全阀和过压保护系统，压力异常，能泄压产断电报警

5.17. 缺水保护：配备干烧保护保护系 GI54DP 统，防止干烧，缺水迅速断电并报警

5.18. 过温与升温保护：若出现超过设定的温度或升温异常，能断电并报警

5.19. 具有过流，短路保护，漏电保护

5.20. 闭盖检查系统：系统自动检查腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，无法启动工作

5.21. 后台安全测试程序：可定期提醒，并可对系统的安全性以及安全防护措施进行检测。

5.22. 附件：不锈钢提篮 3 个，

6、交货时间：签订合同后 30 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执

照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、提供医疗（投标型号）产品注册证,注册登记表；具有 CE 或 FDA 认证

7.3、生产厂家具有特种设备(压力容器)生产资质(国家法定机构颁发)，不接受第三方资质，厂家可配合办理压力容器使用登记

7.4、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.5、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.6、技术服务

7.6.1、设备安装、调试和验收：仪器送达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

7.6.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.7、质量保证

7.7.1、质量保证期为验收合格后 1 年以上。

7.7.2、质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。

7.7.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.8、厂家在中国的售后服务体系

7.8.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 12 小时响应;72 小时到现场。

7.8.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.9、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书**响应表**，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、安全检测报告及质保期限。

8、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**。

10、符合资格的投标人应当在 **2019 年 11 月 05 日至 2019 年 11 月 12 日** 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 室。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。