

广东省职业病防治院采购智能化肺功能检测仪

招标公告

我院本次采购智能化肺功能检测仪招标项目，采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201911-06
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购智能化肺功能检测仪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 **5.4** 万元整。
- 4、采购数量：**2** 台（套）。
- 5、技术参数及配置要求：

序号	项目	技术参数
1	FVC	可测试及预计值百分比
2	FEV1	可测试及预计值百分比
3	PEF	可测试及预计值百分比
4	FEV1/FVC%	自动计算及预计值百分比
6	测量范围（BTPS）	流速（L/S）；0-14
		流量（L）；0-10
7	流速准确性（误差）	±10%或±18L/min，两者取其大值
8	流量准确性（误差）	3%或±0.05L，两者取其大值
9	运行温度范围	10° C-40° C
10	运行相对湿度	≤80%RH
11	气压	700hPa～1060hPa
12	电池兼容性	一组 B 类
13	电源	AAA 碱性电池
14	防电击程度	B 型应用部分
15	防进液程度	IP22
17	尺寸	≤110 x 93 x 55mm
18	重量	≤138g
19	显示模式	段码液晶屏
22	工作电流	≤0.1A
23	蓝牙	BLE4.0
24	正常寿命	三年
25	适用范围	适用于诊所、家庭进行用力肺活量各参数的检测
27	图形	可外接外设显示 流速容量曲线，容量时间曲线
28	认证	中国 CFDA，欧盟 CE
29	国际标准	美国胸腔学会（ATS）和欧洲呼吸学会（ERS）肺功能仪标准
30	其他	可与手持设备连接，打印、显示报告，辅助分析等

- 6、交货时间：签订合同后 **15** 日内。

- 7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人须持有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械经营许可证》（加盖公章）。

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数及配置要求。

7.5、技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.6、质量保证

（1）中标人所供仪器必须是全新未拆包装的产品；

（2）质量保证期为验收合格后 1 年以上；

（3）质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务；

（4）投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.7、厂家在中国的售后服务体系

（1）厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

（2）在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.8、报价人需按照第 5 点“技术参数及配置要求”，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

7.9、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2019 年 11 月 13 日至 2019 年 11 月 20 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。