广东省职业病防治院采购净气型试剂柜

招标公告

我院本次采购净气型试剂柜，主要净化浓硫酸，浓盐酸和浓硝酸所产生有毒气体之用，本项目采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201912-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购净气型试剂柜招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥ 39,000.00 元整。
- 4、采购数量：1台（套）。
- 5、净气型通风柜**参数及要求**如下。

5.1、要求

顶部配有灵活的模块化过滤系统和风机系统，可针对气体，粉末及气体和粉末混合等不同物质的有效过滤。经过过滤后，洁净的空气在室内循环，实现了化学品规范安全存储，有效保护了实验人员的安全和实验环境。

5.2、基本参数：

- 5.2.1、外部尺寸（长*宽*高 mm）不小于 900*529*2151mm；
- 5.2.2、过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器；
- 5.2.3、E-guard 安全警报：智能化科技通过 LED 光带闪烁和报警声音次数来提醒：风机失灵、过滤器饱和，过滤器饱和检测提醒；
- 5.2.4、在线 E-guard 监控功能：可通过智能手机或电脑可远程监控通风机状态、过滤器状况、提醒检测过滤器、更改设置及获取使用信息；
- 5.2.5、过滤器对盐酸的过滤效率，符号 JG/T 385-2012 标准.且在 JG/T 385-2012 标准下，盐酸酸雾的吸附量不少于 1620g（提供国家重点实验室和 SGS 的第三方检测报告予以证明）。

5.3、配置清单：

- 5.3.1、过滤系统：Filter GF4BE+过滤器组；
- 5.3.2、风机：无刷式风机；

6、交货时间：签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4 技术服务

(1) 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

7.5.1、中标人的设备必须提供专业的安装调试及现场检测服务，如中标人的工程师经多次调试仍未能达到国家有关实验室空气环境标准要求，招标人有权作退货处理。

7.5.2、质量保证期为验收合格后 1 年以上。

质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。

7.5.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到 9 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2019 年 12 月 06 日至 2019 年 12 月 13 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。