

广东省职业病防治院采购全功能电刺激治疗仪 招标公告

我院本次采购全功能电刺激治疗仪项目,采用询价方式进行招标采购,有关投标事项如下:

- 1、项目编号: GDZFYSB201912-06;
- 2、项目名称: 广东省职业病防治院采购全功能电刺激治疗仪招标公告。
- 3、项目最高限价(人民币): 5 万元整;
- 4、采购数量: 1 台(套)。
- 5、技术参数及要求:

序号	仪器名称	技术参数及要求	配置清单	数量(台)
1	全功能电刺激治疗仪	1. 电流输出通道数: 独立四通道(每个通道参数独立可调) 2. 电流额定电源电压: 220V, 50Hz 3. 电流额定输入功率: $\leq 150\text{VA}$ 4. 输出电流频率: 0Hz-11000Hz 5. 电流脉冲宽度: $50\mu\text{s} \sim 5\text{ms}$ 6. 最大输出电流: 100mA 以下 7. 综合操作模式: 可从低频、中频或中频变频这 3 种模式中选择转换模式。 8. 显示屏尺寸: ≥ 7 寸, 简洁、清晰、直观的液晶屏界面参数显示。 9. 多种按键及旋钮组合操作, 方便、灵活、快捷。 10. 专业、完善的提示系统, 可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障, 并伴随声音及视觉提醒。 11. 独立的 4 通道输出, 各通道功能一致, 可以独立设置治疗参数及输出; 同时支持多通道参数同步设置及同步输出。 12. 配套电极丰富多样。 13. 一键返回功能, 停止治疗后, 按下返回键即可返回主界面。 14. 治疗结束时伴随提示音, 且治疗时间自动恢复默认值。 15. 具有双重防护和隔离保护, 确保输出安全。 16. 防电击程度类型: BF 型。 17. 治疗时间调节范围: 0min~99min。	1. 主机 2. 电源线 3. 电极导联线 4 条 4. 粘贴理疗电极片 90 × 60mm (大) 4 对 5. 粘贴理疗电极片 50 × 50mm (中) 4 对 6. 粘贴理疗电极片 40 × 40mm (小) 4 对 7. 理疗电极片 80 × 40mm 2 对 8. 理疗电极片 95 × 60mm 2 对	1

6、交货时间: 签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件:

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人, 须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件(加盖公章)。

7.2、报价人须持有效期内的《ISO9001 国际认证》、《医疗器械经营许可证》;

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商(有授权证明文件)。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.5、报价人对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.6、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、结算及付款方式

8.1. 结算方式：

按合同约定，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算，结算时如用户有要求卖方提供发票，卖方必须提供。

8.2. 付款方式：

8.2.1. 按广东省财政部门的规定国库直接支付。

8.2.2. 付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），最终支付时间以国库支付中心为准。

8.2.3. 在省财政该项专项资金到账的情况下，中标人需在合同签订后五日内向采购人提供下列单据，采购人向中标人按合同总价的 100%一次性支付货款。支付前，中标人需同时向采购人提供以下单据：

- a. 合同；
- b. 乙方开具相应金额的正式发票；
- c. 乙方提供 50%履约保证金；

8.2.4. 货物全部交验完毕并双方签字验收合格后，乙方凭合同、验收合格报告（盖收货方章）、向甲方申请退 50%履约保证金。

9、履约保证金

9.1. 中标人与采购人在签订合同前须交纳中标金额的 3%作为履约保证金；

9.2. 项目验收合格后，3%的履约保证金直接转为质量保证金。质保期内即待安装调试运行正常使用后，如中标方能按要求响应相关服务、设备无质量问题后给予无息退还。

9.3. 如中标人未能履行合同规定的义务，采购人有权从质保金中取得补偿。

10、质保期

10.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

10.2. 质量保证期（简称“质保期”）**1 年以上**，质保期内乙方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，提供安装培训，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

10.3. 国内备有零备件库。

10.4. 终身提供及时技术支持

10.5. 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

10.6. 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或

包退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月內同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机部件。

10.7. 保修期內如合同设备需要维修致使甲方不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。

11、本项目设定招标最高限价，超出限价作废标处理。

12、以上资料必须密封在标准的档案袋內，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

13、符合资格的投标人应当在 2019 年 12 月 09 日至 2019 年 12 月 16 日 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。