

广东省职业病防治院采购 CO2 培养箱仪器 设备招标公告

我院本次采购 CO2 培养箱仪器设备项目，采用询价方式进行采购，有关招标事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202002-02；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购 CO2 培养箱仪器设备招标公告；
- 3、项目最高限价（人民币）：叁万玖仟元；
- 4、采购数量及限价：**壹台**（套）
- 5、技术参数及要求

序号	名称	技术 参 数 及 要 求
1	CO2 培养箱	1、加热方式：气套直热式，六面加热 2、箱体容量：约 184L 3、搁板：标配 4 块搁板 4、控温范围：高于室温 5℃-50℃ 5、温度精度：±0.1℃； 6、温度均一性：±0.2℃@37℃ 7、CO2 浓度范围：0-20% 8、CO2 传感器：T/C 9、CO2 控制精度：±0.1% 10、相对湿度 RH: 环境湿度约 95% @37℃ 11、内层材料：304 型抛光不锈钢， 12、外层材料：18 号冷轧钢，覆粉末涂层 13、100%凹圆角设计，抛光的不锈钢内壁，保证不留死角，方便清洁； 14、具有加热功能双层玻璃门可迅速恢复温度，有效防止水汽凝结； 15、Enviro-Scan(环境扫描)微处理控制/检测系统，可以精确控制所有参数，无需复杂编程，并具有自我诊断功能，方便检修，提高仪器利用率； 16、24 小时持续除菌：HEPA 过滤系统，保证箱门关闭后五分钟内箱内气体达到≥100 级洁净，有美国 FDA 的认证，信

	C02 培 养 箱	息中心显示 CLASS 100; 17、高度的温度均一性，加热元件位于培养箱外壁，直接六面加热，较其他品牌培养箱的单点加热方式，具有更优越的温度均一性，并缩短了加热灭菌的时间； 18、增湿盘：有≥3L增湿盘，始终提供最大液面，有利于水蒸汽高效和均匀扩散； 19、报警功能：有声/光报警开关，温度过高/过低，CO2 过高/过低； 20、通过 UL、CSA 认证，带 CE 标志，具有中国医疗器械生产许可证； 21、电压/频率：220v/50Hz
--	--------------------	--

6、交货时间：签订合同后 **15** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：制造、运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，双方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1 年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2020 年 02 月 26 日至 2020 年 03 月 05 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。