

# 广东省职业病防治院采购超低温冰箱 招标公告

我院本次采购超低温冰箱设备项目，主要用于医疗实验室保存生物制品、特殊材料的低温试验等，采用询价方式进行招标采购，有关投标事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202003-01；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购超低温冰箱设备招标公告。
- 3、项目最高限价（人民币）：伍万玖仟元整；
- 4、采购数量： 1 台（套）。

| 序号 | 仪器名称  | 技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量<br>(台/套) |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | 超低温冰箱 | <p>1.1、工作条件：环境温度 10～32℃，电源 220V/50Hz（宽电压设计：220V±10%）。<br/> <b>★1.2、容积：</b>≥678L(立式)，温控范围：-10～-86℃。外形尺寸：≤1090*1025*1955mm（宽*深*高），内部尺寸：≤750*696*1286mm(宽*深*高)。</p> <p>1.3、控温方式：触控屏温度控制系统，控制更精确，温度曲线显示更直观；采用工业设备专用电阻式 7 英寸触控屏，防尘、防水汽；独立不锈钢封闭式电源模块，集散热和保护于一体，确保触控屏系统长期稳定运行。</p> <p>1.4、人机界面，易于操控；铂电阻温度传感器；液晶温度显示，显示精度 0.1℃，可显示箱内实时温度和各种设定参数，运行状态一目了然；可设定高低温报警点；</p> <p>1.5、新型基于人机工程学的助力门把手，开启轻便；双锁设计，多一份安全保障。</p> <p><b>★1.6、完善的声光报警功能：</b>高温、低温、开门、过滤网堵塞、系统故障、传感器故障、环温高报警等报警功能，确保箱内物品存放安全；密码保护功能系统，防止随意调整运行参数； 数据浏览功能可随时掌握运行周期状况；USB 数据导出功能，GMS 短信通讯系统，掌握运行状态，可向多个指定用户发送接收报警信息。（选配）</p> <p>1.7、加厚保温层及 VIP 保温板，2 个保温内门，加厚保温外门，多道门封设计，保温效果好。</p> <p>1.8、内胆为不锈钢内胆，设计便于消毒，清洁。强化隔板、三道固定条设计。加强的搁架设计，更优秀的载重能力与稳固性； 2 个温度测试孔，方便测试温度，测试孔可具备接装 CO2 后备系统；侧开式前机箱面板，易清洗冷凝器过滤网设计；可固定式万向脚轮，带调平底角螺丝。</p> <p>1.9、压缩机双侧消音搁板，减震机脚设计，静音设计；采用 Ebm 国际名牌风扇电机；无氟环保制冷剂。</p> <p><b>★1.10、可配 5*5 规格标准冻存架 20 组(可放置 500 个冻存盒)，2ml 冻存管可存放 50000 个。</b></p> <p>1.11、外包装新型纸板、螺栓固定方式，拆卸更方便。</p> <p>1.12、具有医疗器械注册证，生产体系通过 ISO13485、ISO9001、ISO14001 等认证。</p> <p>1.13、配置：配同品牌 304 不锈钢侧取抽屉式冻存架 20 组，配同品牌 500 个冻存盒。</p> | 1 台         |

5、技术参数及要求：

备注：本项目带★为必须响应条款，否则作废标处理。

6、交货时间：签订合同后 30 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人须持有效期内的《ISO9001 国际认证》、《医疗器械经营许可证》；

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.5、报价人对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.6、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、结算及付款方式

8.1. 结算方式：

按合同约定，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算，结算时如用户有要求卖方提供发票，卖方必须提供。

8.2. 付款方式：

8.2.1. 按广东省财政部门的规定国库直接支付。

8.2.2. 付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间），最终支付时间以国库支付中心为准。

8.2.3. 在省财政该项专项资金到账的情况下，货物全部交验完毕并双方签字验收合格后，中标人需在合同签订后五个工作日内向采购人提供下列单据，采购人向中标人按合同总价的100%一次性支付货款。支付前，中标人需同时向采购人提供以下单据：

- a. 合同；
- b. 乙方开具相应金额的正式发票；
- c. 乙方提供 3%质量保证金；

9、质保期

9.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

9.2. 质量保证期（简称“质保期”）1 年以上，质保期内乙方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，提供安装培训，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

9.3. 国内备有零备件库。

9.4. 终身提供及时技术支持

9.5. 质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。

9.6. 质保期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包

退，并承担因此而产生的一切费用。如合同设备在一个月內同一部件出现两次同一故障，乙方应负责免费更换整机部件。

9.7. 保修期內如合同设备需要维修致使甲方不能正常使用的，乙方应提供相同设备供甲方使用。

## **10、其他要求**

10.1、设备安装验收合格后，中标方必须将每一台（套）设备的整套技术资料（中英文）包括操作手册（使用说明）、维修保养手册，基本原理图或有关电路图、安装手册/产品合格证等交给用户方，同时提供所有仪器设备的使用及维护的免费培训。

10.2、本项目设定招标最高限价，超出限价作废标处理。

11、以上资料必须密封在标准的档案袋內，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

12、符合资格的投标人应当在 2020 年 03 月 10 日至 2020 年 03 月 17 日 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。