

# 广东省职业病防治院采购人体成份分析仪

## 招标公告

我院本次采购人体成份分析仪招标项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202003-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购人体成份分析仪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 9.4 万元整。
- 4、采购数量：1 台（套）。
- 5、技术参数及配置要求：

|      |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量方法 | 多频 5 因素生物电阻抗分析技术                                                                                                                                                                                                            |
| 电极方法 | 8-12 点接触式电极                                                                                                                                                                                                                 |
| 测量频率 | 5、50、250KHZ                                                                                                                                                                                                                 |
| 测量部位 | 全身、节段测量（双臂、上下肢、躯干）                                                                                                                                                                                                          |
| 测量项目 | <p>儿童：身体水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、去脂体重、体重、身高、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体型、节段肌肉发展评估、目标体重控制、目标脂肪控制、目标去脂控制、肥胖评估（体脂百分比、腰臀比、肥胖）、阻抗、儿童成长曲线（身高、体重）。</p> <p>成人：身高、体重、蛋白质、无机盐、体脂肪量、身体水份、去脂体重、腰臀比、体脂肪率、基础代谢量、身体年龄、总能量消耗、体型、目标控制（脂肪、去脂体重、体重）、综合评估、阻抗。</p> |
| 测量电流 | 约 500 $\mu$ A 以内                                                                                                                                                                                                            |
| 消耗功率 | $\geq 40$ VA                                                                                                                                                                                                                |
| 电源电压 | AC100 ~ 230V、50/60HZ                                                                                                                                                                                                        |
| 显示   | $\geq 6.4$ 英寸彩色液晶屏                                                                                                                                                                                                          |
| 数据输入 | 键盘、触摸屏、电脑远程操作                                                                                                                                                                                                               |
| 传输端口 | RX-232C（9 针）、USB                                                                                                                                                                                                            |
| 脚踝电极 | 可代替脚底电极不脱袜子进行测量，干净卫生，快捷方便                                                                                                                                                                                                   |
| 打印机  | 外接激光打印机                                                                                                                                                                                                                     |
| 外形尺寸 | 410*786*2236.5（W*D*H、 $\pm 20$ MM）                                                                                                                                                                                          |
| 仪器重量 | 约 34KG（机体）                                                                                                                                                                                                                  |
| 测量范围 | 100 ~ 950 $\Omega$                                                                                                                                                                                                          |

|           |                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量时间      | 1 分钟内                                                                                                                                                                        |
| 测量体重      | 10 ~ 250 KG                                                                                                                                                                  |
| 身高仪       | 主机集成身高、体重测量功能，可直接测量身高                                                                                                                                                        |
| 输入身高      | 80 ~ 200CM                                                                                                                                                                   |
| 适用年龄      | 3-99 岁                                                                                                                                                                       |
| 操作环境      | 温度 10 ~ 40℃、湿度 30 ~ 75%（无凝露）                                                                                                                                                 |
| 提供系统软件及接口 | 1、应与我院现在运行的康软《体检系统》及《住院信息管理系统》相联接，其通过体检号、住院号医嘱等可以调用《康软体检系统》及《住院信息管理系统》的受检者资料。<br>2、相应对《康软体检系统》及《住院信息管理系统》可以调用该受者的检查结果。即在《康软体检系统》及《住院信息管理系统》可以看到相关人员的分析检查数据。并根据要求，可直接打印出检查报告。 |

6、交货时间：签订合同后 **15** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人须持有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械经营许可证》（加盖公章）。

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数及配置要求。

7.5、技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.6、质量保证

（1）中标人所供仪器必须是全新未拆包装的产品；

（2）质量保证期为验收合格后 1 年以上；

（3）质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务；

（4）投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.7、厂家在中国的售后服务体系

（1）厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

（2）在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.8、报价人需按照第 5 点“技术参数及配置要求”，提供用户需求书响应表，并提供投标货

物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

7.9、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2020 年 03 月 24 日至 2019 年 03 月 31 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。