

# 广东省职业病防治院采购牙科电动无油空压机

## 招标公告

我院本次采购牙科电动无油空压机设备招标项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYSB202006-06

2、项目名称：广东省职业病防治院采购牙科电动无油空压机设备招标公告。

3、项目最高限价：人民币 1.85 万元整。

4、采购数量：1 台（套）。

5、**技术参数及配置要求：**

5.1、用于牙科设备的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

5.2、结构形式：

空气压缩机组采用集中控制、启动，具有稳定、安全、节能、环保等特点，整套牙科空压机工作由 3 个约 1.1Kw/220V 压缩机机头、储气罐及控制盒等组成。

5.3、技术指标及特点：

5.3.1、压缩机产气量最大每套 600L/分钟，最高压力 0.75MPa。

5.3.2、空压机为 3 个无油泵头组成，单个机头有 2 个气缸产气。

5.3.3、当单机泵头出现异常时，只需把该机头断开检修即可，其它机头可正常供气，不影响使用。

5.3.4、噪音： $\leq 70$  分贝，每个机头采用减震处理，最大限度减少震动与噪音。

5.3.5、储气罐容积  $\geq 150L$ ，要求内外粉末喷涂，保证气体的洁净；罐体安装有安全阀、压力表、排水阀。带有压力容器许可证。

5.3.6、机头出气口具有防止回流及减压功能。

5.3.7 外形尺寸：约 1.35m（长） $\times$  0.5m（宽） $\times$  0.9m（高）；重量： $\leq 150Kg$

5.4、电源条件：

5.4.1、额定电压： $220V \pm 10\%$

5.4.2、频率：50Hz

5.4.3、电源消耗约：1.1Kw $\times$ 3=3.3Kw/套

6、交货时间：签订合同后 15 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及配置要求。

#### 7.4、技术服务

(1) 设备安装、调试和验收：仪器由中标人送达最终用户现场，且诊室条件合格，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器。设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

#### 7.6、质量保证

(1) 中标人所供仪器必须是全新未拆包装的产品；

(2) 质量保证期为验收合格后 1 年以上；

(3) 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务；

(4) 投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

#### 7.7、厂家在中国的售后服务体系

(1) 厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

(2) 在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

**7.8、报价人需按照第 5 点“技术参数及配置要求”，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。**

7.9、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**。

9、符合资格的投标人应当在 **2020 年 06 月 22 日至 2019 年 06 月 30 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。