

广东省职业病防治院采购体外膈肌起搏器 招标公告

我院本次采购体外膈肌起搏器设备项目,采用询价方式进行招标采购,有关投标事项如下:

- 1、项目编号: GDZFYSB202007-04-1;
- 2、项目名称: 广东省职业病防治院采购体外膈肌起搏器设备招标公告。
- 3、项目最高限价(人民币): 6.9 万元整;
- 4、采购数量: 2 台(套)。
- 5、技术参数及要求:

序号	仪器名称	技术参数及要求	数量(台)
1	体外膈肌起搏器	1. 脉冲频率: 可调单频 30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ, 可选择, 默认 40HZ 2. 脉冲宽度: 200US 3. 起搏次数: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 次/, 可选择, 默认 9 次/分钟 4. 刺激强度(输出脉冲幅度): 0-30 单位, 可调节 5. 治疗时间(指每一次治疗的持续时间): 5. 10. 15. 20. 25. 30. 60. 120min, 可选择, 有倒计时功能 6. 具有贴片位置指示功能 7. 内置电池: 在完全充电正常使用的情况下, 可持续供电 4-5 小时 8. 具有 LED 指示、蜂鸣器提醒功能 9. 噪音: 不应有异常杂音, 应 $\leq 60\text{dB}$ 10. 输出电压的直流分量: 小于 1v 11. 电源要求: DC3.8V(专用锂电池) $\pm 10\%$ 12. 工作模式: 连续运行	2

6、交货时间: 签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件:

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人, 须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件(加盖公章)。

7.2、报价人须持有效期内的《ISO9001 国际认证》、《医疗器械经营许可证》;

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商(有授权证明文件)。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.5、报价人对照附件“技术参数要求”提供用户需求书(响应表, 并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.6、报价还包含: 运输(含搬运到指定地点)、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、本项目设定招标最高限价, 超出限价作废标处理。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内, 并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2020年08月11日至2020年08月18日** 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外), 请把投标文件递交 (或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号, 广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人: 钟小姐, 联系电话: 020-34063091 。