

广东省职业病防治院采购 AED 训练器

招标公告

我院本次采购 AED 训练器招标项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202009-05
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购 AED 训练器招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 1.2 万元整。
- 4、采购数量：1 台（套）。
- 5、技术参数及配置要求：

产品名称	功能参数	数量
AED 训练器	1、模拟自动体外除颤仪的外形，操作和声音提示，通过多种模拟病例，让学员迅速掌握 AED 的使用。 2、10 个符合 2015AHA 指南的心脏停动病例，训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容。 3、包括模拟 FR2 的电池盒和指示器。 4、使用 6 颗 C-cell 电池。 5、产品满足 AHA2015 指南使用要求，满足基础生命支持课程要求，提供 AHA 出具的说明文件作证明。	1

上述加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 6、交货时间：签订合同后 15 日内。

- 7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人须持有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》、《医疗器械经营许可证》（加盖公章）。

7.3、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.4、所投产品能满足本项目内容中技术参数及配置要求。

7.5、技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.6、质量保证

- (1) 中标人所供仪器必须是全新未拆包装的产品；
- (2) 质量保证期为验收合格后 1 年以上；
- (3) 质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务；
- (4) 投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.7、厂家在中国的售后服务体系

(1) 厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

(2) 在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.8、报价人需按照第 5 点“技术参数及配置要求”，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌、型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

7.9、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2020 年 09 月 16 日至 2020 年 09 月 23 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。