

广东省职业病防治院采购防腐蚀电加热板

招标公告

我院本次采购防腐蚀电加热板项目，主要用于实验室蒸发浓缩水样品之用，本项目采用**询价**方式进行招标采购，有关事项如下：

1、项目编号：GDZFYB202011-03

2、项目名称：广东省职业病防治院采购防腐蚀电加热板招标公告。

3、项目最高限价：人民币 ¥24,000.00 元。

4、采购数量：二台（套）。

5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数及要求

5.1.1、▲传热材质：高纯石墨，传热均匀快速，具有卓越的化学耐腐蚀性

5.1.2、▲控温范围：室温 ~ 370℃；加热功率约：3200W

5.1.3、控温精度：±5℃，LED 数字显示控温

5.1.4、加热板面尺寸：≥540×360mm

5.1.5、▲分体控制设计，外接控制器可置于通风橱外使用，避免腐蚀性试剂对控制部分的损害，控制器与主机连接线长度大于 1.6m

5.1.6、主机电路盒全密封防腐设计，电路盒接线柱采用聚四氟乙烯材料密封防腐处理

5.1.7、主机电路盒与加热模块双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害，隔热层采用防腐陶瓷立柱支撑

5.1.8、过热保护功能；超温报警功能

5.1.9、整机通过防腐处理

5.1.10、先进加热技术

5.1.11、生产商通过 ISO9001：2015 生产管理体系和售后服务体系认证

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 20 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.5 技术服务

（1）设备安装、调试和验收：仪器由中标人送达最终用户现场，在实验室条件合格后，需安

排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

(2) 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.6、质量保证

7.6.1、中标人的设备必须提供专业的安装调试及现场检测服务，如中标人的工程师经多次调试仍未能达到国家有关实验室空气环境标准要求，招标人有权作退货处理。

7.6.2、质量保证期为验收合格后一年以上。

质量保证期结束后，卖方有责任对买方的设备提供良好的维修服务。

7.6.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.7、厂家在中国的售后服务体系

7.7.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.7.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.8、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.9、报价还包含：运输（含二次搬运到楼上指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 18 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。