

广东省职业病防治院采购非接触式眼压计 招标公告

我院本次采购非接触式眼压计招标项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202103-04
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购非接触式眼压计招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币¥9.5万元整。
- 4、采购数量：1台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。

序号	仪器名称	技术参数及要求	数量
1	非接触式眼压计	1、测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）。 2、▲三维自动对准功能测量：只需对准瞳孔推进，即可自动对焦和自动测量。 3、具备手动操纵杆，兼顾配合度不高的患者。 4、自动检测和显示左右眼：R/L（眼别）。 5、▲具有IOL（人工晶状体）模式：可测量人工晶体眼患者。 6、▲可输入角膜厚度值，自动优化眼压值 7、显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位。 8、测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准。 9、工作电压：220-240V，50/60Hz。 10、▲可以直接通过触摸屏调节下颌托高低。 11、▲显示器：≥8.5英寸WVGA彩色LED显示器，触摸屏。 12、提供仪器软件及端口能接入招标人医院信息系统。	1台
2	配套附件	1、电动升降台	1台
		2、扫描枪	1支
		3、防尘罩（仪器配套专用）	1套
		4、颌托纸、打印纸	4套
<p>备注：标有“▲”的条款按实质响应为中标排序</p>			

6、交货时间：签订合同后 15日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其销售商。

7.3、投标人必须依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（加盖公章）

7.4、所投产品能满足本项目第5点内容中技术参数及要求。

8、技术服务

8.1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在5日内完成。

9、质量保证

质量保证期为验收合格后1年以上。

10、厂家在中国有售后服务体系

厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能24小时响应；72小时到现场。

11、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

12、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**。

14、符合资格的投标人应当在**2021年03月11日至2021年03月18日**期间（上午08:00至12:00，下午14:00至17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街68号，广东省职业病防治院综合楼405房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。