

广东省职业病防治院采购生物显微镜

招标公告

我院本次采购生物显微镜项目，主要用于临床检验之用，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202104-01
- 2、项目名称：采购生物显微镜招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥21500.00 元。
- 4、采购数量：2 台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。
 - 5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	主要技术参数及功能	数量
1	倒置生物显微镜	1. ▲光学系统：模块化无限远光学系统。 2. 观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围 53mm~75mm。 3. 目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数 22。 4. ▲物镜：标配全套物镜视场数 ≥25，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan4X/0.12 工作距离约：10.8mm，无限远长工作距离平场消色差物镜 Plan40X/0.58 工作距离约：2.5mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan10X/0.25 PH 工作距离约：4.1mm，无限远长工作距离平场消色差相衬物镜 Plan20X/0.45 PH 工作距离约：5mm。 5. 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值约 0.002mm，调焦更加精确，10X/20X/40X 相差环板； 6. 转换器：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置； 7. 载物台：多功能可拆卸载物台，固定载物台尺寸 ≥227mmX208mm；配低位同轴柔性 XY 向移动调节手轮，机械式移动，移动范围约：135mm×77mm，圆形透明载物台板：外圈 φ118mm，内圈 φ68mm，配水滴载物片（Φ118）、多功能载物片约（34mm*77.5mm、86mm*129.5mm、57mm*82mm）； 8. ▲预留内置式荧光升级光路，无需改变原有光路，可升级成同品牌 LED 荧光显微镜。 9. 聚光镜：相衬聚光镜，工作距离约 55mm，配绿色滤色片； 10. LED 透射照明系统：超长寿命 LED 光源，寿命 2 万小时以上，亮度可调，聚光镜：超长工作距离约：72mm，NA0.30，配双孔相衬环板； 10. ▲接口：内置一体化专用 0.75 倍接口； 12. ▲可升级同品牌显微成像系统，方便维护。	1 台

2	正置生物显微镜	1、▲无限远光学系统，可扩展荧光、暗场、相差多功能显微观察。 2、4x、10x、40x、100x 高衬度平场消色差物镜，平场范围≥25mm。 3、大视野高眼点目镜，10x 视场数 22mm, 所有目镜屈光度可调。 4、▲粗微动同轴调焦，带锁紧和限位装置，微动格值约 2 μm，粗动行程每圈约 40mm，微动行程每圈约 0.2mm，调焦范围约 24mm 5、▲采用模块化设计，可升级为正置荧光显微镜。 6、预留式三目观察筒，可升级为同品牌的数码生物显微镜。 7、大功率 LED 光源，亮度可调。 8、双层活动平台（尺寸：≥210mm×140mm，移动范围：≥76mm×50mm）	1台
---	---------	---	----

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、仪器生产厂家或供应商通过 ISO90001 质量认证体系认证；

7.4、仪器生产厂家或供应商取得医疗器械生产许可。

7.5、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

8、技术服务

（1）中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

（2）技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

9、质量保证

9.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

9.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。

9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

10、厂家在中国的售后服务体系

10.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

12、报价还包含：运输（含二次搬运到 3 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

- 13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。
- 14、符合资格的投标人应当在 2021 年 04 月 07 日至 2021 年 04 月 14 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。
联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。