

广东省职业病防治院采购干燥柜 招标公告

我院本次采购干燥柜项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202104-04；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购干燥柜招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：壹万肆仟元整。
- 4、采购数量：2 台。
- 5、技术参数及要求：

商品名称	技术参数及配置要求	数量 (台)
干燥柜	1、存储湿度：快速低湿型（10-60RH%） 2、除湿容积：≥1400L 3、外箱尺寸：≥宽 1200*深 600*高 1950mm 4、内箱尺寸：≥宽 1197*深 570*高 1850mm 5、开门类型：四门 6、隔板数量：≥3 套活动可调节金属隔板 7、箱体材料：≥1.2mm 优质钢板 8、箱体颜色：灰白色或灰色 9、数位式温湿度 LED 控制面板：采用微电脑数码 LED 显示，温湿度同步显示，湿度显示范围 0-99%RH，温度显示范围-9-60℃，采用工业分离式设计，温湿度仪表可拆卸； 10、数字式温湿度传感器：采用进口 SHT 系列高精度传感器，湿度检测范围 0-99%RH，精度±2，温度检测范围：-40-120℃，精度±0.4； 11、工业级除湿主机：专业高分子物理吸附除湿，采用防火绝缘工程塑胶外壳； 12、实用隐形式箱门拉手； 13、全敞开式活动中柱设计，隔板可调节高度，每层承重 50KG； 14、工业万向脚轮：4 组脚轮，其中 2 组具有制动功能。	2

6、交货时间：签订合同后 **30** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1 年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 20 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。