

广东省职业病防治院采购配套 FHZ762 中子探头主机 招标公告

我院本次采购配套 FHZ762 中子探头主机项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202104-08；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购配套 FHZ762 中子探头主机招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：玖万元整。
- 4、采购数量：2 台（套）。
- 5、技术参数及要求：

商品名称	技术参数及配置要求	数量 (台)
配 套 FHZ76 2 中子 探 头 主 机	1、探测器类型：正比计数管 2、能量范围：30keV ~ 4.4MeV 3、测量范围：10nSv/h ~ 100mSv/h 4、负荷容积：≥50Sv/h 5、角度依赖性：-75° ~ +75° 之间纵轴方向的单位内角度变化小于 20% 6、灵敏度：≤2 cps/(μSv/h) 7、读数误差：对 Cs-137，读数误差一般在 5%，最大不超过 20% 8、声音报警：在 30cm 处，报警的声音 ≥80 dB (A) 9、显示：带背光的 LCD 显示屏；有模拟量的显示；有跨 3 个数量级对数坐标，并可自动选择量程 10 电池寿命：使用两节标准的 AA 碱性电池，不连接探头时，使用时间 ≥250 小时；当连接探头 ≥30 小时 11、为避免在使用过程中，因为电池突然没电造成无法测量，必须具有电池自动检测功能，当电量低时，会出现闪动的图标提示用户及时更换电池 12、工作温度：-30℃ ~ +55℃ 13、工作湿度：10% ~ 95% 14、防护等级：不低于 IP 66 15、电磁兼容：符合标准 IEC 1000-4-3，EN61000-4-3，10V/m，80 MHz - 1GHz 16、重量：≤410g，不包括电池重量	2

6、交货时间：签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业

执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 23 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。