

# 广东省职业病防治院采购便携彩超三接口转换器招标采购公告

我院本次采购便携彩超三接口转换器，需在已有的 Terason 便携式彩色超声系统主机上配置原规格型号为 Usmart3300 转换器，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202105-01
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购便携彩超三接口转换器招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥69,000.00 元。
- 4、采购数量：2 个（套）
- 5、项目技术参数及要求：

序号	仪器名称	技术指标及配置要求	采购数量	备注
1	Usmart3300 转换器	所供便携彩超三接口转换器，必须配套我院现有的 Terason 便携式彩色超声系统。	2 个（套）	标前可到现场了解。

6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.4 技术服务

7.4.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

7.4.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

7.5.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.5.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。

7.5.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

8、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

9、报价还包含：运输（含二次搬运到 3 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

10、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

11、符合资格的投标人应当在 2021 年 05 月 14 日至 2021 年 05 月 21 日 期间(上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。