

广东省职业病防治院采购臂筒式血压计

招标公告

我院本次采购臂筒式血压计项目，采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202107-02
- 2、项目名称：采购臂筒式血压计招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥16,000.00 元。
- 4、采购数量：壹台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	臂筒式血压计	1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD 显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17~42cm 5 测量范围 血压量程：0~299mmHg； 脉搏数：40~180 次/分 ▲6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）； 脉搏测量精度：±2%或±2 次/分（取最大者） 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度） ▲10 平均测量模式 可进行 2-3 次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） ▲11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 ▲13 ID 功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 ▲15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 语音功能 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 17 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 18 通信数据输出 USB 数据传输 19 外形尺寸约：宽 460mm × 高 270mm × 宽 420mm 20 重量约：（不包含搁手板） 5.5KG ▲20 精度保障： 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站 （ http://www.dablededucational.org ）上查询证明材料	台	1

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

- 6、交货时间：签订合同后 20 日内。

7、合格报价人的基本条件:

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.4 技术服务

7.4.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且室内条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 10 日内完成。

7.4.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

7.5.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.5.2、质量保证期为验收合格后 1 年以上。

7.5.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到 10 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2021 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 20 日 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外), 请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。