

广东省职业病防治院采购身高体重仪 招标公告

我院本次采购身高体重仪项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202107-03；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购身高体重仪招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：贰万捌仟元整。
- 4、采购数量：壹台。
- 5、技术参数及要求：

5.1、技术参数及配置要求

商品名称	技术参数及配置要求	数量 (台)
身高体重仪	1、最大称重：300kg ▲2、检定分度值：50g<150kg>100g ▲3、功能：预设除皮、母婴体重测量功能、保持、自动保持、自动体质指数计算（BMI）、身体脂肪率、语音播报、自动量程转换、减震装置、移动脚轮 ▲4、身高测量方法：六探头超声波 5、身長测量范围：60-210cm ▲6、量高尺检定分度值：≤1mm 7、供电方式：电源适配器。 8、准确度等级：Ⅲ级 9、规格约：长*宽*高 434*2394*466 10、重量约：16.5kg ▲11、配有无线数据接收器，用于数据传输 H17 端口可适配于 HL7 和 GDT 协议软件 11、配置清单 11.1、主机平台、秤柱、身高超声波发射接收装置、显示屏、连接线 1 套 11.2、中文说明书：1 份 11.3、电源适配器：1 根 11.4、螺丝工具：1 套 11.5、无线数据接收器用于数据传输：1 个 ▲12、为了保证产品质量需提供厂家授权书及售后服务承诺书。	1

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 **60** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 21 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。