广东省职业病防治院采购全自动顶空进样器 招标公告

我院本次采购全自动顶空进样器项目，用于实验室检测原辅料中挥发性有机组分的全自动前处理设备。采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202107-07；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购全自动顶空进样器招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：玖万叁仟元整。
- 4、采购数量：壹台（套）。
- 5、技术参数及要求：

商品名称	技术参数及配置要求	数量
全自动顶空进样器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 样品区温度控制范围： 室温—220℃以增量 1℃任设热功率约 400W。 2. 阀进样系统温度控制范围： 室温—220℃以增量 1℃任设加热功率约 60W。 3. 样品传送管线温度控制范围： 室温—220℃ 以增量 1℃任设加热功率约 40W（为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）。 4. 温度控制精度：<± 0.1℃。 5. 温度控制梯度：<± 0.1℃。 6. 顶空瓶工位：不得少于 42 位。 7. 顶空瓶规格：标准 10ml、20ml（其他规格可定制）。 8. 重复性：RSD ≤ 1.5%（200 ppm 水中乙醇，N=5）。 9. 进样量控制模式：进样时间和加压压力控制进样量。 10. 进样加压范围：0~0.4 Mpa（连续可调）。 11. 反吹清洗流量：0~400 ml/min（连续可调）。 12. 能与气相色谱仪（6890、6890N、7890A）、气相色谱-质谱联用仪（7890A/5975C）联用，自动控制不少于 42 位样品的进样分析。 	1

6、交货时间：签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对照附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换。

8.2. 质量保证期 **1年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 30 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。