

广东省职业病防治院采购液氩罐

招标公告

我院本次采购液氩罐项目，用于装载实验室氩气之用，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202107-05
- 2、项目名称：采购液氩罐招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥18,000.00 元。
- 4、采购数量：壹个。
- 5、技术参数及要求如下。

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	液氩罐	1、公称容积 ≥175L 2、工作压力 ≥2.3Mpa 3、气瓶空重 ≤138kg 4、最大理论充液量 ≥233kg 5、气瓶尺寸约 516mm×1507mm 6、气瓶材质不锈钢 304 7、板材厚度内胆 4mm 8、板材厚度外壳 2.5mm	个	1

6、交货时间：签订合同后 20 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

7.4 技术服务

7.4.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：设备安装调试需在 10 日内完成。

7.4.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现场培训，包括设备原理、使用方法和维护方法等；

7.5、质量保证

7.5.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

7.5.2、质量保证期为验收合格后一年以上。

7.6、厂家在中国的售后服务体系

7.6.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能

24 小时响应;72 小时到现场。

7.6.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

7.7、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.8、报价还包含：运输（含二次搬运到 10 楼指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

9、符合资格的投标人应当在 2021 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 30 日 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外), 请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。