

广东省职业病防治院采购电动颈椎牵引机

招标公告

我院本次采购电动颈椎牵引机招标项目，主要用于门诊神经根型颈椎病患者需要牵引治疗。采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202108-05
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购电动颈椎牵引机招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥ 1.5 万元整。
- 4、采购数量： 1 台。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	电动颈椎牵引机	1、颈椎牵引有微电脑控制。 ▲2、中文液晶视窗。 3、牵引力自动补偿功能。 4、设定值与实际牵引值同步监测。 5、多种安全设计（颈椎最大牵引力约 400N，患者急退器；医务人员操作急退键）。 ▲6、牵引力：0-400N(可调)。 ▲7、牵引行程：0-320 mm。 8、总时间：0-99min（连续可调）。 9、持续时间：0-9min（连续可调）。 10、间歇时间：0-9min（连续可调）。 11、尺寸约：（长×宽×高）94×73×222 cm。 12、电源：220V/50Hz。 13、功率：≤140VA。 14 重量：≥51kg。	台	1

5.2、本项目带▲为响应条款，否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其销售商。

7.3、投标人必须依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（加盖公章）

7.4、所投产品能满足本项目第5点内容中技术参数及要求。

8、技术服务

8.1、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且诊室条件合格后，在接到用户通知需安排有经验的工程技术人员到现场安装、调试仪器，设备安装调试需在 5 日内完成。

9、质量保证

质量保证期为验收合格后 1 年以上。

10、厂家在中国的售后服务体系

厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

11、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、质保期限。

12、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及电话号码。

14、符合资格的投标人应当在 **2021 年 08 月 20 日至 2021 年 08 月 27 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。