

广东省职业病防治院采购标准计量型参考声源

招标公告

我院本次采购标准计量型参考声源项目，主要用于职业卫生噪声检测实验室间对比和测量审核，期间核查，盲样考核（高保真、多信号、多频率、多强度），仪器校准等声级计能力验证，判断实验室从事噪声检测活动的的能力以及检查实验室能力的持续状况，使用声信号对声级计在自由声场中的频率计权特性进行校准。本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFY SB202108-06；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购标准计量型参考声源招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：14.7 万元整。
- 4、采购数量：5 台。
- 5、技术参数及要求：

| 商品名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 |
|-----------|--|-----|
| 标准计量型参考声源 | <p>1、主要功能：</p> <ol style="list-style-type: none">1.1、计量级的稳定性宽频噪声信号，可作为标准器使用1.2、输出信号：粉红噪声，白噪声，正弦信号，自定义音频信号，场景噪声还原功能1.3、输入方式：AUX 输入，USB 输入1.4、使用场景：自由声场、混响声场 <p>2、技术指标：</p> <ol style="list-style-type: none">2.1、内置信号源宽带滤波器功能满足 GB/T12060.1-2017（IEC 60268-1：1985，MOD）2.2、频率范围：50Hz~20kHz2.3、灵敏度：>80 dB(@1m)2.4、失真度：声信号<5%(200Hz~20kHz)，电信号<1%(20Hz~20kHz)2.5、电信号频率响应：±3dB2.6、信噪比：>75dB2.7、功率：75W2.8、供电方式：内置电池，容量 5.5AH，或 15VDC 直流。 | 5 台 |

6、交货时间：签订合同后**10**日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容中技术参数及要求。

7.4、报价人需按对照第 5 点“技术参数及要求”内容，提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期1年以上，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及手机号码**。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 08 月 22 日至 2021 年 08 月 27 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。