

广东省职业病防治院采购 医用带打印封口机 招标公告

我院本次采购医用带打印封口机项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202108-09；
- 2、项目名称：采购医用带打印封口机招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：3.75 万元整。
- 4、采购数量：壹台。
- 5、技术参数及要求：

商品名称	技术参数及配置要求	数量 (台)
医用带打印封口机	1、LCD 显示屏菜单式操作； 2、自动更新包装日期及有效期； 3、连续检查和记录封印参数，封印温度，表面压力和封印时间； 4、字体宽度大小可调节； 5、打印墨盒从前方更换，容易操作； 6、微处理器控制压印设备，可打印消毒日期，有效日期、批号、工作人员代号、CE 代号及其它内容； 7、打印机可单独禁用； 8、适用于 ISO 11607/ EN868-5 之规范产品。 9、技术规格 9.1、外部尺寸约（宽×深×高）；620X260X250（mm） 9.2、封印速度：≤10m/min 9.3、封印温度：80-220℃（由微处理器控制） 9.4、电源；220V~240V/50Hz 9.5、封印压缝宽约；12mm 9.6、重量≥：23kg	1

6、交货时间：签订合同后 **15** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数要求。

7.4、报价人需按对附件“技术参数要求”提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 1年以上，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及手机号码**。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 08 月 23 日至 2021 年 08 月 30 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。