

广东省职业病防治院采购四肢 联动康复训练器 招标公告

我院本次采购四肢联动康复训练器项目,主要用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练,采用询价方式进行招标采购,有关事项如下:

- 1、项目编号: GDZFYSB202108-11;
- 2、项目名称: 广东省职业病防治院采购四肢联动康复训练器招标公告。
- 3、最高限价(人民币): 14.5 万元。
- 4、采购数量: 壹台。
- 5、技术参数及要求:

5.1、技术参数及配置要求

商品名称	技术参数及配置要求	数量
四肢联动康复训练器	1、▲设备使用上肢模拟伸缩运动,下肢模拟蹬踏运动模式进行训练。 2、最大承重≥: 200kg。 3、屏幕≥10.1 寸电容屏,触摸灵敏,操作方便。 4、手柄支臂使用快拉式结构调节,可调范围为: 0~46cm,适用不同臂长的患者使用。 5、▲手柄采用手托式设计,相比于棍状设计,能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤 6、▲手柄旋转角度五档可调: -20°, -10°, 0°, 10°, 20°, 满足患者不同前臂角度使用。 7、座椅距离可前后调节,距离为≥30cm,适用不同身高腿长的患者使用。 8、座椅可左右旋转 90°,方便患者上下。 9、座椅两侧均有舒适的扶手;且扶手可折叠,方便病人转移。 10、双重安全绑带设计,从多个部位固定患者躯干,可有效固定不同偏瘫侧的患者,为躯干稳定性不够的患者提供安全保护,防止患者滑落。 11、具备手部固定套,为上肢肌力小于 2 级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护,保证患者训练过程的连续。 12、※标配髌膝关节支撑装置,可支撑单侧下肢,为下肢肌力小于 2 级和关节稳定性差的患者提供固定和保护,防止训练过程中膝过伸、髌外旋、足内外翻等异常姿势。 13、髌膝关节支撑装置长度 1~3 档可调,宽度 1~15 档可调,调节髌外展外旋的幅度。 14、▲具备一键锁定功能,可锁定手部支臂和踏板,使其保持固定状态,避免手部支臂及踏板的不稳定在患者上下座椅过程中造成不利影响。 15、使用大型船型脚踏板,踏板上配有缓冲软垫,并配备芭扣结构固定足部,运动过程稳定且安全。 16、具备移动轮子:方便设备的整体移动。 17、▲使用电磁控阻力装置,极小的启动阻力,患者可轻松开始训练。 18、电磁阻力等级可调: 1~10 级可调。 19、训练时间可设置: 1~99min 可调。 20、训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数。 21、具备训练结束后,训练数据统计功能。 22、电压/频率: 220V/50Hz	1 台

5.2、本项目带▲为响应条款,否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 **10** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容中技术参数及要求。

7.4、报价人需按对照第 5 点“技术参数及要求”内容，提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1 年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 08 月 30 日至 2021 年 09 月 06 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。