

广东省职业病防治院采购恒温水浴摇床 招标公告

我院本次采购恒温水浴摇床项目，主要用于细胞及细菌培养，医用材料及医疗器械供试品制备，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202108-13；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购恒温水浴摇床招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：1.7 万元。
- 4、采购数量：壹台。
- 5、技术参数及要求：

5.1、技术参数及配置要求

商品名称	技术参数及配置要求	数量
恒温水浴摇床	1、温控范围：室温+5℃~99℃ ▲2、温度波动度：±0.3℃（@37℃） 3、转动频率：20~200rpm 4、定时范围：0~99.9 小时 5、水箱容积：≥27L 6、排水口 7、摆振幅度≥：25.4mm ▲8、过热保护 ▲9、水位保护 10、声光报警 ▲11、来电自动恢复功能 12、净重：≤30kg 13、内形尺寸(WxDxH)：≥528x308x226mm 14、外形尺寸(WxDxH)：≤750x380x326mm 15、配置清单 15.1、主机：1 台 15.2、电源线：1 根 15.3、呆扳手 24：1 个 15.4、产品使用说明书：1 份 15.5、合格证：1 份 15.6、水龙头：1 个 15.7、多功能弹簧架：1 个 15.8、可观察水浴摇床罩：1 个	1 台

5.2、本项目带▲为响应条款，否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 **10** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业

执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目第5点内容中技术参数及要求。

7.4、报价人需按对照第5点“技术参数及要求”内容，提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 **2021 年 09 月 07 日至 2021 年 09 月 14 日** 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。