

# 广东省职业病防治院采购台式恒温振荡器 招标公告

我院本次采购台式恒温振荡器项目，主要用于医用材料及医疗器械供试品前期准备需恒温震荡浸提，细胞及细菌培养需恒温震荡增殖，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202108-14；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购台式恒温振荡器招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：1.6 万元。
- 4、采购数量：壹台。
- 5、技术参数及要求：

## 5.1、技术参数及配置要求

商品名称	技术参数及配置要求	数量
台式恒温振荡器	1、温控范围：环境温度+5℃ ~ 60 2、温控精度：≤ 0.1℃ ▲ 3、温度均匀度：± 0.5℃ (@37℃) 4、旋转转速：0rpm, 30 ~ 400rpm 5、转速精度：1rpm 6、摆振幅度：φ 26mm ▲ 7、最大容量：50mlx42/100mlx25/150mlx24/200mlx20/250mlx20 /500mlx12/1000mlx8 8、摇板尺寸约：450 x 400 mm ▲ 9、来电自动恢复功能 ▲ 10、内腔工作高度（摇板表面到内腔顶面距离）约：350 mm 11、数显方式：LCD 12、定时范围：0 ~ 999 小时 59 分钟 13、外形尺寸（W×D×H）：≤ 700x650x620mm 14、重量约：100kg 15、配置清单 15.1、主机：1 台 15.2、产品使用说明书：1 份 15.3、工具：1 套 15.4、合格证：1 份 15.5、多功能弹簧架：1 个 15.6、电源线：1 根	1 台

5.2、本项目带▲为响应条款，否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 **10** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、所投产品能满足本项目第5点内容中技术参数及要求。

7.4、报价人需按对照第5点“技术参数及要求”内容，提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

## 8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **1年以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 2021年09月07日至 2021年09月14日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。