

广东省职业病防治院采购可调式移液枪

招标公告

我院本次采购可调式移液枪项目，主要用于实验室对各检测的项目试验之用，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202108-15
- 2、项目名称：采购可调式移液枪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币¥17,700.00元。
- 4、采购数量：8支。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、产品名称、规格、技术参数、采购数量表

表 1

序号	产品名称	规格	可调量程	技术参数		数量 (支)
				不准确度	不精确度	
1	可调式单通道移液枪	0.1-2.5 μL	0.1 μL	±48.0 %	±12.0 %	2
			0.25 μL	±12.0 %	±6.0 %	
			1.25 μL	±2.5 %	±1.5 %	
			2.5 μL	±1.4 %	±0.7 %	
2		2-20 μL	2 μL	±5.0 %	±5.0 %	1
		10 μL	±1.2 %	±1.2 %		
		20 μL	±1.0 %	±1.0 %		
3	10-100 μL	10 μL	±3.0 %	±3.0 %	1	
		50 μL	±1.0 %	±1.0 %		
		100 μL	±0.8 %	±0.8 %		
4	20-200 μL	20 μL	±2.5 %	±2.5 %	1	
		100 μL	±1.0 %	±1.0 %		
		200 μL	±0.6 %	±0.6 %		
5	100-1000 μL		100 μL	±3.0 %	2	
			500 μL	±1.0 %		
			1,000 μL	±0.6 %		

表 2

序号	产品名称	规格	可调量程	相对系统误差	绝对系统误差	相对随机误差	绝对随机误差	数量
1	8通道移液枪	30-300 μL	30 μL	±3.0 %	±0.9 μL	±1.0 %	±0.3 μL	1
			150 μL	±1.0 %	±1.5 μL	±0.5 %	±0.75 μL	
			300 μL	±0.6 %	±1.8 μL	±0.3 %	±0.9 μL	

5.2、本产品需提供合格的计量检定证明

- 6、交货时间：签订合同后 10 日内。

7、合格报价人的基本条件:

- 7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人,须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件(加盖公章)。
- 7.2、报价人必须是所投产品的制造商或供应商。
- 7.3、所投产品能满足本项目第5点内容要求。

8、技术服务

- 8.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收:仪器到达最终用户现场,需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器,设备安装调试需在10日内完成。
- 8.2、技术培训要求:安装验收期间,在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训,包括仪器原理、使用方法和维护方法等;

9、质量保证

- 9.1、中标设备必须是全新的合格产品
- 9.2、质量保证期为验收合格后壹年以上。
- 9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

10、厂家在中国的售后服务体系

- 10.1、厂家能够提供快速的安装调试,操作指导和维修等方面的技术服务,对用户要求能24小时响应;72小时到现场。
- 10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系,方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第5点”内容,提供用户需求书响应表,并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

12、报价还包含:运输(含二次搬运到指定地点)、关税、商检、出厂检定、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内,并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

14、请符合资格的投标人应当在2021年8月30日至2021年9月6日期间(上午08:00至12:00,下午14:00至17:00,法定节假日除外),请把投标文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街68号,广东省职业病防治院办公楼405房。

联系人:钟小姐,联系电话:020-34063091。