

广东省职业病防治院采购牙科 电动负压抽吸水系统 招标公告

我院本次牙科电动负压抽吸水系统采购项目，主要用于口腔患者在治疗牙齿过程中负压抽吸口腔内的液体及时吸走，本项目采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202110-03；
- 2、项目名称：广东省职业病防治院采购牙科电动负压抽吸水系统招标公告。
- 3、最高限价（人民币）：3.7 万元。
- 4、采购数量：壹台（套）。
- 5、技术参数及要求：

5.1、技术参数、要求、数量

商品名称	技术参数及配置要求	数量
牙科电动负压抽吸水系统	1、真空水平：在-27~-68KPa 之间可调 2、抽吸量：≥350L/Min； 3、电压/频率：220V/50Hz； 4、满负荷电流≥13.4A； 5、断路器(保险盒)约：20A 6、进水压力：2.9~14.5KPa 7、水温：4.44~43.33℃/40~110 8、水流量(升/分钟)：0.75L/Min 9、电机：▲采用无油电机 10、分离器：▲采用组合空气/水分离器回收水和去除亚硝酸盐 11、真空均衡器：▲配有真空均衡器，能通过监测真空需求自动打开或关闭抽吸泵	1 台

5.2、本项目带▲为响应条款，并附有仪器图片，否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 **20** 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或销售商。

7.3、本项目仪器设备有在国家相关部门备案《第一类医疗器械备案凭证》的参投公司产品优先考虑。

7.4、所投产品能满足本公告第5点内容中技术参数及要求。

7.5、报价人需按对照第5点“技术参数及要求”内容，提供用户需求书（响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单、设备单价及质保期限。

7.6、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

8、质保期

8.1. 保证设备是全新、未使用过的，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。仪器设备运抵安装现场后，我方与买方共同开箱验收，验收时如发现短缺、破损，立即补发和负责更换

8.2. 质量保证期 **2 年或以上**，质保期内中标方对所供货物实行送货上门、包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

8.3. 国内备有零备件库。

8.4. 终身提供及时技术支持。

9、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

10、符合资格的投标人应当在 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 11 月 05 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。