

广东省职业病防治院采购流量计

招标公告

我院流量计采购项目，采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202111-08
- 2、项目名称：采购流量计招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币¥4.7万元。
- 4、采购数量：3台（其中选低流量计1台、中流量计1台、高流量计1台）。
- 5、技术参数及要求如下。

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	流量计	1、一级流量校正系统，精度优于 $\pm 1\%$ 。 2、测试气体：非腐蚀性，非凝结。 3、量测范围：分低、中、高不同流量型号，每种流量型号能独立测定流量，总流量范围为包括 5mL/min~30L/min 。 4、读数模式：实时或平均，可自动计算多点平均值。 5、干式石墨活塞设计，无需皂泡液。 6、正压进气或负压排气皆可测量。 7、可连接 PC 下载校正数据结果。 8、可选择调校为标准状态下之体积流率 。 9、具有自我测试内部漏气功能。 10、便携和具有充电功能，可在工作场所不能插电的采样现场进行流量测定。	台	3

6、交货时间：签订合同后 15 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

8、技术服务

8.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 5 日内完成。

8.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现

场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

9、质量保证

9.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

9.2、质量保证期为验收合格后 1 年以上。

9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

10、厂家在中国的售后服务体系

10.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、**产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。**

12、报价还包含：运输（含二次搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在**封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。**

14、符合资格的投标人应当在 2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 11 日 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外)，请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。