

广东省职业病防治院采购手持便携式 多功能通气测试仪 招标公告

我院手持便携式多功能通气测试仪采购项目，主要用于风度、温度和湿度的测定，本项目采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYB202111-09
- 2、项目名称：手持便携式多功能通气测试仪采购公告。
- 3、项目最高限价：人民币¥6.8万元。
- 4、采购数量：2台。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	手持便携式多功能通气测试仪	一、主要功能和技术指标： ▲1.1、性能 1.1.1、测量范围 风度： 0 至 9,999ft/min (0 至 50m/s) 温度： 14 至 140° F (-10 至 60° C) 湿度： 5 至 95 % RH 1.1.2、准确性 风度 读数的 ± 3 % 或 ± 3ft/min (± 0.015m/s), 温度 以较大值为准 4 & 5, ± 0.5° F (± 0.3° C) 湿度 相对湿度 ± 3 % 1.1.3、解析度 风度： 英尺/分钟 (0.01m/s) 温度： 0.1° F (0.1° C) 湿度： 0.1 % RH ▲1.2、适用范围 1.2.1、风管尺寸： 外型尺寸： 1 到 1270cm 1.2.2、体积流量范围： 实际范围是速度，压力，风管尺寸和 K 系数的函数 1.2.3、静/压差 范围： -15 至+15 英寸 H2O (-28.0 至+28.0mmHg, (-3,735 至+3,735 Pa) 准确性： 读数的 ± 1 % ± 0.005 英寸 H2O (± 0.01 毫米汞柱, ± 1Pa) 解析度： 0.001 英寸高 20 (0.1Pa, 0.01 毫米汞柱) 1.2.4、气压 范围： 20.36 至 36.648 英寸汞柱 (517.15 至 930.87 毫米汞柱) 准确性： 读数的 ± 2 %	台	2

	1.3、仪器温度保存 经营（电子）：5 至 45° C（40 至 113° F） 存储：——20 至 60° C（4 至 140° F） 1.3.1、数据储存能力 范围：26,500+个样品和 100 个测试 ID 1.3.2、记录间隔 1 秒至 1 小时 1.3.3 、时间常数：可选 二、规格要求 2.1、外部仪表尺寸约：9.7x 21.1x 5.3cm 2.2、带电池的电表重量：≤0.36kg） 2.3、电源要求 四节 AA 型电池或 AC 适配器		
--	--	--	--

5.2、本项目带▲为响应条款，否则安排序先后中标。

6、交货时间：签订合同后 15 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第 5 点内容要求。

8、技术服务

8.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在 5 日内完成。

8.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

9、质量保证

9.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

9.2、质量保证期为验收合格后 1 年以上。

9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

10、厂家在中国的售后服务体系

10.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。

12、报价还包含：运输（含二次搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机

电话号码。

14、符合资格的投标人应当在 2021 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 16 日 期间(上午 08:00 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00, 法定节假日除外), 请把投标文件递交(或邮寄)到广州市海珠区新港西路海康街 68 号, 广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人: 钟小姐, 联系电话: 020-34063091 。