

广东省职业病防治院采购高频胸壁振荡排痰仪

招标公告

我院高频胸壁振荡排痰仪采购项目，采用**询价方式**进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202111-13
- 2、项目名称：采购高频胸壁振荡排痰仪招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 ¥49,000.00 元。
- 4、采购数量：壹台（套）。
- 5、技术参数及要求如下。

5.1、技术参数、要求、数量

序号	产品名称	产品技术参数及要求	单位	数量
1	高频胸壁振荡排痰仪	1、振动频率可调，控制精度 $\pm 15\%$，调节步长 1Hz，长按可以连续调节 ▲2、振动压力：0-5kPa 以内，1-10 级可调，调节步长 1 级，长按可以连续调节。 3、定时时间：1-60 分钟可调，调节步长 1 分钟，长按可以连续调节。 4、人机交互界面：≥ 10.7 寸操作界面，内嵌 ≥ 4.3 寸单色高清 LCD 显示，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、时间等）。 5、患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护。 ▲6、充气背心：全胸充气背心采用倒 V 式设计，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免对胃腕部的振荡；背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装。 ▲7、患者治疗信息存储：采用 SD 卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目。 8、配实用台车，方便放置仪器配件。 9、配全胸背心、半胸背心，大中小各型号。 10、供电电源：100~240V，50/60Hz。 11、主机尺寸（长×宽×高）：$\leq 350\text{mm} \times 240\text{mm} \times 240\text{mm}$。 12、重量约：15Kg。	台	1

5.2、本项目带▲为响应条款，否则按排序先后中标。

- 6、交货时间：签订合同后 10 日内。
- 7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营

业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第5点内容要求。

8、技术服务

8.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且室内条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在10日内完成。

8.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

9、质量保证

9.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

9.2、质量保证期为验收合格后1年以上。

9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

10、厂家在中国的售后服务体系

10.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能24小时响应；72小时到现场。

10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第5点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。

12、报价还包含：运输（含二次搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

14、符合资格的投标人应当在2021年12月02日至2021年12月09日期间（上午08:00至12:00，下午14:00至17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街68号，广东省职业病防治院办公楼405房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。