

# 广东省职业病防治院采购双气路采样器仪器

## 招标公告

我院双气路采样器仪器采购项目，采用询价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202203-03
- 2、项目名称：采购双气路采样器仪器招标公告。
- 3、项目最高限价（人民币）：¥45,000.00元。
- 4、采购数量：10台（套）。
- 5、产品技术参数及要求如下。

技术参数、要求、数量

| 序号 | 产品名称    | 产品技术参数及要求                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 双气路采样器仪 | 1、流量范围：（0.1~2.0）L/min<br>2、流量指示精度：≤±2.5%。<br>3、采样泵最大真空度：≥50kPa。<br>4、工作环境：温度（-30~55）℃；相对湿度≤85%。<br>5、噪声：≤55dB。<br>6、电池支持连续工作时间：≥8h。<br>7、实时数字显示流量、采样时间、电池电量等。<br>8、具有实时累积采样体积，自动换算的功能。<br>9、采用无记忆效应的锂电池。<br>10、两路独立分开控制，独立恒流采集。<br>11、内置安全防倒吸装置。<br>12、可插电工作，电压：（220±15%）V.AC或电池供电。 | 台  | 10 |

6、交货时间：签订合同后10日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其供应商。

7.3、所投产品能满足本项目第5点内容要求。

8、技术服务

8.1、中标人的设备必须提供专业的安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且室内条件合格后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在10日内完成。

8.2、技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器系统操作和日常维护的现

场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等；

#### 9、质量保证

9.1、中标设备必须是全新、未开封的合格产品

9.2、质量保证期为验收合格后 2 年以上。

9.3、投标人应在投标文件中声明终身售后服务承诺、售后服务的方式和能力。

#### 10、厂家在中国的售后服务体系

10.1、厂家能够提供快速的安装调试，操作指导和维修等方面的技术服务，对用户要求能 24 小时响应；72 小时到现场。

10.2、在中国地区具有提供厂家自身的零备件供应体系，方便客户购买消耗品和零备件。

11、报价人需按照本公告“第 5 点”内容，提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、产品照片、详细技术资料、配置清单及质保期限。

12、报价还包含：运输（含二次搬运到指定地点）、关税、商检、安装、调试、培训、含税发票等一切费用。

13、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明投标项目名称、公司、联络人及手机号码。

14、符合资格的投标人应当在 2022 年 03 月 21 日至 2022 年 03 月 28 日 期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。