

广东省职业病防治院高端监护仪采购公告

我院本次高端监护仪采购项目需要带无创心排量监测功能，采用议价方式进行招标采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202206-04
- 2、项目名称：广东省职业病防治院高端监护仪采购。
- 3、最高限价（人民币）：15 万元整。
- 4、采购数量：1 台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数及配置要求
高端监护仪	1. ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数 ≥ 4 个。
	2. ▲ ≥ 12.1 英寸彩色电容触摸屏，分辨率 $\geq 1280*800$ 像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节
	3. 采用无风扇设计，配置 ≥ 4 个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备
	4. ▲基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温
	5. 支持房颤心律失常分析功能，标配支持 ≥ 24 种实时心律失常分析
	6. ▲支持 ≥ 4 通道心电进行多导心电分析
	7. ▲提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段
	8. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0~200rpm
	9. 配置ICG监测模块，进行ICG，BIS，NMT等多种参数监测
	10. ▲无创心输出量采用Medis ICG技术，能够快速为临床诊断提供血液动力数据
	11. ▲无创心输出量可持续监测血流动力数据，方便了解病人对治疗的反应
	12. 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和 ΔQTc 参数值的显示
	13. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿
	14. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

	15. 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测
	16. 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7
	17. 提供肺动脉楔压（PAWP）的监测和PPV参数监测
	18. 支持升级模块，与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算
	19. 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易
	20. ▲标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能
	21. 支持≥120小时趋势表和趋势图回顾，支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
	22. ▲具备≥40 小时全息波形的存储与回顾功能支持≥120 小时ST 波形片段的存储与回顾
	23. ▲患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据
	24. 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式
	25. 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
	26. 产品通过国家III类注册和FDA认证，产品设计使用年限≥8年

6. 质保期：不少于三年。

7、交货时间：签订合同后 15 日内。

8、合格报价人的基本条件：

8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证（Ⅱ/Ⅲ类）。

9、报价文件要求：

（1）对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

（2）对照“第5点技术参数及要求”提供用户需求书（响应表）。

（3）设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2022 年 06 月 27 日至 2022 年 07 月 04 日期间，把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。