

广东省职业病防治院离心机采购公告

我院本次离心机采购项目采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202207-06
- 2、项目名称：广东省职业病防治院离心机采购。
- 3、最高限价（人民币）：9.5 万元整。
- 4、采购数量：1 台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数及配置要求
离心机	▲1 最高转速： $\geq 15200\text{rpm}$
	▲2 最大离心力： $\geq 25830 \times g$
	▲3 最大容量： $\geq 4 \times 400\text{ml}$ ，并可选配不同转子以分离不同材质及容量溶液，至少可选配15种以上转子，并提供100ml*6碳纤维转头，50ml *6适配器
	4 加减速控制：至少达到9级加速，10级减速
	5控制系统：微处理器控制系统
	6 转头锁定系统：具有转头自动锁定装置，可以在3秒内实现转头的安全锁定&转头更换
	7 生物安全性保证：所有转子提供防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并确保密封
	8驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动
	9屏幕系统：全彩色触摸屏
	10程序：可存储至少100个程序，每个程序可以进行多步骤程序设定
	11数据记录：记录所有的运行记录，并且可以实时查看
	12 USB输出：可以通过USB 接口将运行记录导出
	13温度显示：可以选择显示离心腔温度或样品温度
	14速度设定：可以选择转速设定和离心力设定
	15转头生命周期：可以查看转头的剩余运行情况
	16离心机运行模式：需包含两种运行模式，开放型和安全型，安全模式可设定权限管理，通过密码设定权限
	17 报错信息：可及时查看仪器报错情况

	18自动性能：电动腔盖锁扣，可轻松关闭和锁定离心机腔盖
	19转头材质：碳纤维

6. 保修期：不少于三年。

7、交货时间：签订合同后 30 日内。

8、合格报价人的基本条件：

8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。

9、报价文件要求：

(1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章。

(2) 对照“第 5 点技术参数及要求” 提供用户需求书（响应表）。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2022 年 07 月 04 日至 2022 年 07 月 08 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。