

广东省职业病防治院万分之一天平采购公告

我院本次采购万分之一天平采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202207-08
- 2、项目名称：广东省职业病防治院万分之一天平采购。
- 3、最高限价（人民币）：4 万元整。
- 4、采购数量：1 台。
- 5、技术参数要求：

名称	技术参数要求
万分之一天平	1. 量 程： $\geq 220\text{g}$
	2. 可读性： $\leq 0.1\text{mg}$
	3. 重复性： $\leq 0.1\text{mg}$
	4. 线 性： $\leq 0.2\text{mg}$
	5. 具有自带内部校准功能，自动校准优先。
	6. 具有清晰指示图标和中文界面，触屏优先。
	7. 可直接将数据传输到电脑中。
	8. 具有水平报警功能的智能电子水平气泡，图形提示水平调整操作。
	9. 机壳防化学品，易于清洁，具有防风罩，推拉式开关轻便易用。
	10. 具有防止不确定数据传输功能，当检测到称重结果因为低于最小称量量限制、天平不水平、天平未校准等因素使称量数据可能不准确时，操作界面要出现相应提示，同时阻止该数据传输到电脑或打印。
	11. 可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作，有密码保护功能，防止数据被篡改。
	12. 具有良好的培训保修等售后服务。

6. 保修期：不少于三年。
7. 交货时间：签订合同后 15 日内。
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
 - 8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。
 - 8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。
9. 报价文件要求：

- (1) 对照“第 8 点”的相关证照复印件加盖公章。
- (2) 对照“第 5 点技术参数要求” 提供用户需求书（响应表）。
- (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2022 年 07 月 19 日至 2022 年 07 月 25 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。