

广东省职业病防治院小动物麻醉机采购公告

我院本次采购小动物麻醉机采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202208-02
- 2、项目名称：广东省职业病防治院小动物麻醉机采购。
- 3、最高限价（人民币）：4万元整。
- 4、采购数量：1台。
- 5、技术参数要求：

名称	技术参数要求
小动物麻醉机	★1. 适用于大鼠、小鼠等实验动物；
	2 蒸发器出厂前需精准全检。具备温度和流量补偿性能，10℃低温下，精确度 $\geq 15\%$ ，使用温度范围 10~35℃。
	★3. 具备氧气流量计，流量可控范围0~4LPM，标准型4级精确度，稳定性 ± 0.1 LPM；输出压力波动范围 $P \leq 2.5$ kPa；内部承受压力 ≥ 50 kPa，保持零泄露。
	4. 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定；
	5. 异氟烷0-5%，精度 $< \pm 0.1\%$ 。
	★6. 采用Pour Fill注药方式，内部容量 ≥ 120 ml。
	★7. 良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%；使用温度范围10-35℃。
	8. 气路切换和快氧功能结构采用一体组合；9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道。
	9. 采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和具备抗倾斜功能。
	10. 蒸发罐采用蛇形管路设计，黄色流速指示和流量分离；浓度输出不受流量、温度、压力影响；
	11. 开关气路切换，切换时间不超过1秒钟；寿命高于10万次。
	12. 空气泵额定压力0.1kg/cm，流速 > 18 LPM，AMP ≥ 0.18 A，最大真空度 ≥ 320 milibar，噪音 < 40 dB。
	13. 具备快速充氧开关，以最快速度排除管道和麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体，使实验动物能够快速苏醒。
	14. 诱导盒尺寸 $\geq 24\text{cm} \times 12\text{cm} \times 18\text{cm}$ ；废气过滤罐有效吸收增重 $\geq 200\text{g}$ ；
	15. 可选配拓展流量计，满足扩展多种气源实验需求。可选配多种不同规格的大小鼠的麻醉面罩，满足多种实验要求。

	▲16. 具有自主知识产权，专利发明技术及设备软件著作权。
	▲17. 设备具有CE、MSDS认证和NTS报告；生产符合ISO9001质量标准，正规渠道货源，提供制造商授权和原厂售后服务承诺。
	★18. 配置要求： 18.1 麻醉机空气泵 1台 18.2 通用型小动物麻醉机-主机 1套 18.3 麻醉诱导盒 1个 18.4 五通道流量计 1个 18.4 小鼠及幼大鼠圆锥面罩（15-40g） 5个 18.5 大鼠圆锥面罩（200-350g） 5个 18.6 小动物手术麻醉操作台 5个 18.7 气体过滤罐-大号 3个 18.8 Y 型三通 5个 18.9 波纹管 6根 18.10 管路接头-22mm 6根 18.11 硅胶管-ID6.0，OD10.0mm 6根

6. 保修期：不少于三年。

7、交货时间：签订合同后 30 日内。

8、合格报价人的基本条件：

8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证（II/III类）。

9、报价文件要求：

（1）对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

（2）对照“第5点技术参数要求”提供用户需求书（响应表）。★号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带▲条款负偏离可能会严重影响议价结果。

（3）设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2022 年 08 月 17 日至 2022 年 08 月 23 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。