广东省职业病防治院便携式大流量空气取样器 采购公告

我院本次采购便携式大流量空气取样器，主要用于连续或间隔的大流量气溶胶取样，本项目采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202209-04
- 2、项目名称：广东省职业病防治院便携式大流量空气取样器采购项目。
- 3、最高限价（人民币）：5.8万元整。
- 4、采购数量：1台。
- 5、技术参数及配置要求：

名称	技术参数要求
便携式大流量空气取样器	1. 流量率可调，瞬时流量显示
	2. 连续或间隔使用，免维护
	3. 数字显示流量率、总体积、最小/最大流量
	4. 电机/泵：二阶风机，电刷电机
	5. 气溶胶滤膜采集效率： $\geq 90\%$
	★6. 气溶胶采样流量范围不少于：400L/min~1400L/min
	7. 取样计时器：电子式、可复位、LCD 显示、内置电池（使用寿命不少于5年）
	8. 便携式设备，总重量 $\leq 5\text{Kg}$
	9. 无故障工作时间： $\geq 10000\text{h}$
	10. 提供历史数据查询，能与计算机通讯和打印输出
	11. 系统具备良好的整体性，装卸方式简便，连接电缆具备防水、防腐蚀、抗电磁干扰性能
	12. 有产品出厂质量合格检定证明文件及用户手册（如原手册为外文需同时提供中文版本）。
配置要求	1. 主机 1台 2. 气溶胶取样头 1个 3. 适用滤纸 不少于1包 4. 配套的采样三脚架

6. 保修期：不少于三年。
7. 交货时间：签订合同后 30 日内。
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。

8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。

9、报价文件要求：

(1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。

(2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。“★”号条款为议价时的重要参考指标，偏离将导致报价无效；带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果。

(3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。

10、符合资格的报价公司请于 2022 年 09 月 23 日至 2022 年 09 月 28 日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。