

广东省职业病防治院二氧化碳培养箱采购公告

我院本次采购二氧化碳培养箱项目采用议价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB202210-03
- 2、项目名称：广东省职业病防治院二氧化碳培养箱采购项目。
- 3、最高限价（人民币）：1.3万元整。
- 4、采购数量：1台。
- 5、技术参数及配置要求：

| 名称 | 技术参数及配置要求 |
|---------|---|
| 二氧化碳培养箱 | <ol style="list-style-type: none">1. 容积：$\geq 80\text{ L}$2. 温度范围：室温+3~60°C3. 温度波动度：$\leq \pm 0.2^\circ\text{C}$4. 温度均匀性：$\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$5. 定时设定范围：(1~9999) min或无定时6. 流量范围：(1) 空气不少于：160~1600 ml/min; (2) 二氧化碳不少于：10~100 ml/min7. 隔板：最多可放不少于9块；标配不少于2块 |

6. 保修期：不少于三年。
7. 交货时间：签订合同后30日内。
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
 - 8.2、报价人为所投产品的制造商或者代理商。
 - 8.3、如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(II/III类)。
9. 报价文件要求：
 - (1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。
 - (2) 对照“第5点技术参数及配置要求” 提供用户需求书（响应表）。
 - (3) 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。
- 以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。
- 10、符合资格的报价公司请于2022年10月20日至2022年10月25日期间，把报价文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街68号。

联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。