

广东省职业病防治院

粤职防质控函〔2022〕137号

广东省职业卫生技术质量控制中心关于 2022年度职业卫生技术服务机构现场采样 流量校准室间比对考核结果的通报

各职业卫生技术服务机构：

根据工作安排，广东省职业卫生技术质量控制中心（以下简称“质控中心”）组织开展了2022年度职业卫生技术服务机构（以下简称“机构”）现场采样流量校准室间比对考核工作。现将考核结果通报如下：

一、考核项目情况

2022年度机构现场采样流量校准室间比对考核项目分为空气采样器流量校准操作考核和空气采样器设定流量准确性考核。空气采样器流量校准操作考核是通过采用各机构的流量计对质控中心提供的经准确校准的空气采样器进行流量校准，考核各机构的流量校准操作是否规范和比对各机构流量计的测量结果是否一致；空气采样器设定流量准确性考核是通过各机构已设定好采样流量的空气采样器，由质控中心用经校准合格的流量计对各

机构提供的空气采样器进行流量测量,对各机构空气采样器的设定流量准确性进行比对。

二、参加机构情况

本年度共有 86 家机构参加室间比对工作,其中省内 77 家(附件 1),省外 9 家(附件 2)。截至 2022 年 8 月 22 日,全省共有 79 家机构取得职业卫生技术服务机构资质(以下简称“资质”),其中有 77 家参加本年度现场采样流量校准考核工作。

三、结果评定标准

(一) 空气采样器流量校准操作考核项目结果评定标准

空气采样器流量校准操作考核项目总分 100 分,包括口述及操作演示考核(总分 40 分)和流量校准准确性操作考核(总分 60 分)两项,其中流量校准偏差在 $\pm 2\%$ 以内(含 $\pm 2\%$)为 60 分,流量校准偏差的绝对值在 $2\% \sim 5\%$ 以内(含 5%)为 40 分,流量校准偏差在 $\pm 5\%$ 以外为 0 分。两项考核合计综合评分在 90 分以上(含 90 分)为“优秀”,在 60-90 分之间(含 60 分)为“合格”,小于 60 分为“不合格”。

(二) 空气采样器设定流量准确性考核项目结果评定标准

空气采样器设定流量准确性考核项目总分 100 分,其中流量偏差在 $\pm 2\%$ 以内(含 $\pm 2\%$)为 100 分(结果评定为“优秀”),流量偏差的绝对值在 $2\% \sim 5\%$ 以内(含 5%)为 60 分(结果评定为“合格”),流量偏差在 $\pm 5\%$ 以外为 0 分(结果评定为“不合格”)。

四、考核结果统计

本年度省内外共有 86 家机构参加空气采样器流量校准操作考核项目，其中结果评定为“优秀”有 51 家（占比 59.3%，51/86），“合格”有 32 家（占比 37.2%，32/86），“不合格”有 3 家（占比 3.5%，3/86），总体合格率（包括结果评定为“优秀”和“合格”，下同）为 96.5%（83/86）。见附件 1 和附件 2。

本年度省内外共有 86 家机构参加空气采样器设定流量准确性考核项目，其中结果评定为“优秀”有 56 家（占比 65.1%，56/86），“合格”有 19 家（占比 22.1%，19/86），“不合格”有 11 家（占比 12.8%，11/86），总体合格率为 87.2%（75/86）。见附件 3 和附件 4。

五、建议

各机构应持续加强对专业技术人员职业卫生现场采样知识和操作技能（涵盖专业理论知识和流量校准操作技能）的培训；配备满足职业卫生现场采样所需量程的性能稳定的仪器设备（包括空气采样设备和流量校准设备）；各机构应重视空气采样设备和流量校准设备的流量校准/检定范围需涵盖现场采样常用的流量范围；各机构应积极参加国家、省级组织的现场采样流量校准室间比对考核，不断提高职业卫生现场采样能力水平。

对于已取得资质但未参加现场采样流量校准室间比对考核的机构（附件 5），应强化空气采样设备流量校准操作能力。对于评定结果为“不合格”的机构，应从空气采样设备、流量校准

设备、专业技术人员流量校准操作技能等方面查找存在的问题，落实整改措施，防止再出现类似问题，从而保证现场采样质量。

- 附件：1.省内机构空气采样器流量校准操作考核项目比对结果评定情况
- 2.省外机构空气采样器流量校准操作考核项目比对结果评定情况
- 3.省内机构空气采样器设定流量准确性考核项目比对结果评定情况
- 4.省外机构空气采样器设定流量准确性考核项目比对结果评定情况
- 5.省内已取得资质但未参加现场采样流量校准室间比对考核工作的机构

广东省职业卫生技术服务质量控制中心

(代章)

2022年9月8日

抄送：委职业健康处、综合监督处，省卫生监督所，各地级以上市卫生健康局（委）。

附件1

省内机构空气采样器流量校准操作考核项目比对结果评定情况

序号	机构名称	资质证书号	口述及操作 演示考核分	流量校准分	总分	评定结果
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 056 号	40	60	100	优秀
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 055 号	35	60	95	优秀
3	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B005 号	30	60	90	优秀
4	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B034 号	35	60	95	优秀
5	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 052 号	20	60	80	合格
6	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 002 号	30	40	70	合格
7	汇安 (广东) 检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 071 号	25	40	65	合格
8	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B033 号	30	40	70	合格
9	茂名市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 B025 号	30	60	90	优秀
10	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2020) 第 001 号	25	60	85	合格
11	惠州市职业病防治院 (惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字 (2021) 第 B042 号	40	40	80	合格
12	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 045 号	40	60	100	优秀
13	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 054 号	30	60	90	优秀
14	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B040 号	20	60	80	合格
15	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B012 号	40	40	80	合格
16	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 063 号	35	60	95	优秀
17	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B003 号	35	40	75	合格
18	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B016 号	30	60	90	优秀

序号	机构名称	资质证书号	口述及操作 演示考核分	流量校准分	总分	评定结果
19	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 067 号	30	60	90	优秀
20	广州职安健康安全科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B010 号	25	40	65	合格
21	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 057 号	40	60	100	优秀
22	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B004 号	35	60	95	优秀
23	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B019 号	40	40	80	合格
24	深圳市太科检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B031 号	30	40	70	合格
25	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 061 号	20	60	80	合格
26	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 072 号	30	60	90	优秀
27	中海油 (广东) 安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 070 号	35	60	95	优秀
28	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B041 号	30	0	30	不合格
29	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B013 号	40	60	100	优秀
30	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 064 号	35	40	75	合格
31	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 058 号	40	60	100	优秀
32	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B032 号	25	60	85	合格
33	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2022) 第 077 号	30	60	90	优秀
34	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 073 号	30	60	90	优秀
35	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字 (2021) 第 B027 号	20	60	80	合格
36	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 053 号	40	40	80	合格
37	佛山市三水区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 043 号	30	60	90	优秀
38	广州海关技术中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 066 号	25	40	65	合格
39	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B024 号	20	60	80	合格

序号	机构名称	资质证书号	口述及操作 演示考核分	流量校准分	总分	评定结果
40	深圳市世和安技术咨询有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B038号	30	0	30	不合格
41	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第074号	25	40	65	合格
42	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B014号	40	60	100	优秀
43	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第046号	30	0	30	不合格
44	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字(2021)第044号	25	60	85	合格
45	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第051号	30	60	90	优秀
46	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字(2021)第B026号	30	40	70	合格
47	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字(2022)第078号	35	60	95	优秀
48	佛山市沃特测试技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B011号	40	60	100	优秀
49	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第062号	35	60	95	优秀
50	佛山市职业病防治所	(粤)卫职技字(2021)第B023号	40	60	100	优秀
51	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B006号	35	60	95	优秀
52	佛山市职卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B022号	40	60	100	优秀
53	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第065号	30	40	70	合格
54	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字(2022)第079号	35	60	95	优秀
55	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B021号	35	40	75	合格
56	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B017号	35	60	95	优秀
57	深圳市彩虹检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B030号	40	60	100	优秀
58	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第B008号	35	40	75	合格
59	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字(2021)第050号	40	60	100	优秀
60	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字(2021)第048号	35	40	75	合格

序号	机构名称	资质证书号	口述及操作 演示考核分	流量校准分	总分	评定结果
61	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 075 号	30	60	90	优秀
62	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B028 号	40	60	100	优秀
63	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 069 号	25	60	85	合格
64	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 B036 号	40	60	100	优秀
65	东莞市职业病防治中心 (东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字 (2021) 第 039 号	35	60	95	优秀
66	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 060 号	40	60	100	优秀
67	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B029 号	40	60	100	优秀
68	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B009 号	25	60	85	合格
69	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 076 号	30	60	90	优秀
70	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 047 号	40	60	100	优秀
71	惠州市惠兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B020 号	30	60	90	优秀
72	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 049 号	35	60	95	优秀
73	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B018 号	30	60	90	优秀
74	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B015 号	35	60	95	优秀
75	清远市慢性病防治医院 (清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字 (2021) 第 068 号	40	60	100	优秀
76	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B035 号	15	60	75	合格
77	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 059 号	35	60	95	优秀
总体合格率 (%)			/	/	/	96.1

附件 2

省外机构空气采样器流量校准操作考核项目比对结果评定情况

序号	机构名称	资质证书号	口述及操作 演示考核分	流量校准分	总分	评定结果
1	浙江建安监测研究院有限公司	(浙)卫职技字 (2011) 第 044 号	40	40	80	合格
2	通标标准技术服务 (天津) 有限公司	(津开) 卫职技字 (2021) 第 0002 号	40	60	100	优秀
3	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字 (2021) 第 019 号	40	60	100	优秀
4	浙江多谱检测科技有限公司	(浙)卫职技字 (2013) 第 053 号	35	40	75	合格
5	湖南有色冶金劳动保护研究院有限公司	(湘)卫职技字 (2013) 第 0058 号	35	40	75	合格
6	北京中职安康科技有限公司	(京) 卫职技字 (2021) 第 024 号	30	60	90	优秀
7	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽) 卫职技字 (2021) 第 30 号	40	60	100	优秀
8	北京燕山石化职业病防治所	(京) 卫职技字 (2021) 第 022 号	35	60	95	优秀
9	中石化安全工程研究院有限公司	(鲁) 卫职技字 (2021) 第 049 号	40	60	100	优秀
总体合格率 (%)			/	/	/	100.0

附件 3

省内机构空气采样器设定流量准确性考核项目比对结果评定情况

序号	机构名称	资质证书号	流量偏差 (%)	评分	评定结果
1	广东省职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 056 号	0.05	100	优秀
2	广州市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 055 号	-0.24	100	优秀
3	广东金泰达安全科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B005 号	1.12	100	优秀
4	广东合诚建安检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B034 号	-0.17	100	优秀
5	广东众康检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 052 号	5.51	0	不合格
6	广东汇成检测技术股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 002 号	0.79	100	优秀
7	汇安 (广东) 检测评价咨询有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 071 号	0.29	100	优秀
8	广东格林检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B033 号	0.03	100	优秀
9	茂名市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 B025 号	-0.21	100	优秀
10	广东阳职检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2020) 第 001 号	18.78	0	不合格
11	惠州市职业病防治院 (惠州市结核病防治研究所)	(粤)卫职技字 (2021) 第 B042 号	-2.54	60	合格
12	广东裕利检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 045 号	-1.41	100	优秀
13	广东汇东检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 054 号	-2.45	60	合格
14	广东优安安全评价检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B040 号	-1.24	100	优秀
15	广东安标检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B012 号	5.53	0	不合格
16	广东锦泽检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 063 号	9.32	0	不合格
17	广东汉卫检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B003 号	4.91	60	合格
18	广州安康检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B016 号	0.84	100	优秀
19	广州雅皓检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 067 号	-2.38	60	合格

序号	机构名称	资质证书号	流量偏差 (%)	评分	评定结果
20	广州职安健康安全科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B010 号	2.80	60	合格
21	广东省安全生产技术中心有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 057 号	1.10	100	优秀
22	广东科旭检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B004 号	0.83	100	优秀
23	广东中京检测认证有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B019 号	2.09	60	合格
24	深圳市太科检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B031 号	0.18	100	优秀
25	广东鑫诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 061 号	-3.66	60	合格
26	广东方舟检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 072 号	8.49	0	不合格
27	中海油 (广东) 安全健康科技有限责任公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 070 号	-2.73	60	合格
28	广东中恒安检测评价有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B041 号	2.48	60	合格
29	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B013 号	2.23	60	合格
30	广东翔鹰职业病防治所有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 064 号	0.93	100	优秀
31	中山市疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 058 号	-4.68	60	合格
32	佛山市南海安科咨询服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B032 号	-0.81	100	优秀
33	佛山市南海区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2022) 第 077 号	-1.96	100	优秀
34	深圳市诺特亚检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 073 号	0.20	100	优秀
35	广东产品质量监督检验研究院	(粤)卫职技字 (2021) 第 B027 号	-0.79	100	优秀
36	华测检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 053 号	-1.11	100	优秀
37	佛山市三水区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 043 号	-0.85	100	优秀
38	广州海关技术中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 066 号	-1.50	100	优秀
39	广东华晟安全职业评价有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B024 号	5.74	0	不合格
40	深圳市世和安全技术咨询有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B038 号	-6.67	0	不合格
41	汕头市天鉴检测技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 074 号	-6.49	0	不合格

序号	机构名称	资质证书号	流量偏差 (%)	评分	评定结果
42	广东诚爱检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B014 号	0.03	100	优秀
43	广东准星检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 046 号	27.71	0	不合格
44	广东安评检测中心有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 044 号	0.38	100	优秀
45	中山市香山安职环检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 051 号	1.38	100	优秀
46	佛山市顺德区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 B026 号	0.96	100	优秀
47	广东昱特技术服务有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 078 号	0.12	100	优秀
48	佛山市沃特测试技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B011 号	0.06	100	优秀
49	佛山华安检测科技股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 062 号	-0.34	100	优秀
50	佛山市职业病防治所	(粤)卫职技字 (2021) 第 B023 号	-0.73	100	优秀
51	广东中健检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B006 号	0.86	100	优秀
52	佛山市职卫卫检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B022 号	-2.37	60	合格
53	广东粤康技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 065 号	4.26	60	合格
54	韶关市职业卫生与健康教育所	(粤)卫职技字 (2022) 第 079 号	0.33	100	优秀
55	东莞市大成环境检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B021 号	2.89	60	合格
56	广东天鉴检测技术服务股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B017 号	1.18	100	优秀
57	深圳市虹彩检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B030 号	-0.46	100	优秀
58	深圳致信检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B008 号	3.48	60	合格
59	深圳中质安股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 050 号	0.65	100	优秀
60	深圳市利诚检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 048 号	1.58	100	优秀
61	广东汇兴检测评价科技有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 075 号	0.94	100	优秀
62	广东顺德安评技术咨询有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B028 号	-0.45	100	优秀
63	深圳市鸿柏检测科技有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 069 号	-0.46	100	优秀

序号	机构名称	资质证书号	流量偏差 (%)	评分	评定结果
64	深圳市宝安区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 B036 号	1.12	100	优秀
65	东莞市职业病防治中心 (东莞市第六人民医院)	(粤)卫职技字 (2021) 第 039 号	7.25	0	不合格
66	深圳市职业病防治院	(粤)卫职技字 (2021) 第 060 号	-0.24	100	优秀
67	广东中汇认证检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B029 号	2.83	60	合格
68	深圳市索奥检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B009 号	0.21	100	优秀
69	广州汇成综合门诊部有限公司	(粤)卫职技字 (2022) 第 076 号	1.73	100	优秀
70	江门市新会区疾病预防控制中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 047 号	1.68	100	优秀
71	惠州市惠测兴检测技术有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B020 号	3.85	60	合格
72	深圳市深大检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 049 号	4.15	60	合格
73	广东奕安泰检测评价服务有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B018 号	1.90	100	优秀
74	利诚检测认证集团股份有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B015 号	-1.68	100	优秀
75	清远市慢性病防治医院 (清远市职业病防治院)	(粤)卫职技字 (2021) 第 068 号	-0.62	100	优秀
76	广东诺瓦安评检测有限公司	(粤)卫职技字 (2021) 第 B035 号	无法提供考核要求的流量为 0.50L/min 的空气采样器	0	不合格
77	深圳市宝安区公共卫生服务中心	(粤)卫职技字 (2021) 第 059 号	0.96	100	优秀
总体合格率 (%)			/	/	85.7

附件 4

省外机构空气采样器设定流量准确性考核项目比对结果评定情况

序号	机构名称	资质证书号	流量偏差 (%)	评分	评定结果
1	浙江建安监测研究院有限公司	(浙)卫职技字 (2011) 第 044 号	-1.44	100	优秀
2	通标标准技术服务 (天津) 有限公司	(津开) 卫职技字 (2021) 第 0002 号	-1.04	100	优秀
3	北京市化工职业病防治院	(京)卫职技字 (2021) 第 019 号	-1.92	100	优秀
4	浙江多谱检测科技有限公司	(浙)卫职技字 (2013) 第 053 号	0.18	100	优秀
5	湖南有色冶金劳动保护研究院有限公司	(湘)卫职技字 (2013) 第 0058 号	2.68	60	合格
6	北京中职安康科技有限公司	(京) 卫职技字 (2021) 第 024 号	0.96	100	优秀
7	鞍山钢铁劳研所科技有限公司	(辽) 卫职技字 (2021) 第 30 号	0.90	100	优秀
8	北京燕山石化职业病防治所	(京) 卫职技字 (2021) 第 022 号	0.47	100	优秀
9	中石化安全工程研究院有限公司	(鲁) 卫职技字 (2021) 第 049 号	0.05	100	优秀
总体合格率 (%)			/	/	100.0

附件 5

省内已取得资质但未参加现场采样流量校准室间比对考核工作的机构

序号	单位名称	资质证书号	评定结果
1	广州博航环境监测服务有限公司	(粤)卫职技字（2021）第 B007 号	不合格
2	深圳市龙华区疾病预防控制中心 (深圳市龙华区卫生检验中心、深圳市龙华区职业病防治中心)	(粤)卫职技字（2021）第 B037 号	不合格

