

广东省职业病防治高速手机采购公告

我院高速手机项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

1. 项目编号：GDZFYSB202304-04
2. 项目名称：广东省职业病防治院高速手机采购项目
3. 最高限价（人民币）：5.6 万元整
4. 采购数量：10 支
5. 技术参数及配置要求

名称	技术参数及配置要求
高速手机	1. 手机转速： ≈ 320000 rpm，转速稳定；
	2. 机身材质：机身材质应具有较强的耐磨性和抗腐蚀性，能耐受反复高温高压灭菌，涂层不易脱落，经久耐用；
	3. 接口类型：使用 4 孔 Unifix 快接头，手机可 360 度旋转，手机可以与我院原设备配套使用；
	4. ▲有车针锁紧装置，杜绝飞针现象的出现，提升治疗的安全性；
	5. ▲冷却喷雾：水气分开的冷却喷雾，有三组水气分开的喷嘴，精准控制冷却喷雾位点；
	6. ▲振动消除系统：配备振动消除系统；
	7. ▲换针方式：换针采样按钮方式，只需轻轻按压就能实现车针的插拔；
	8. ▲手机润滑保养方式及配件：满足即可以实现在手机尾部进行润滑剂注入，也可以通过润滑脂注油笔从手机头部车针孔注入润滑脂的方式，实现对手机轴承及轴心的充分润滑。每只手机均标配至少一支润滑脂注油笔。
	9. ▲手机内部设有防回吸止回阀；
	10. ▲手机机头密封设计，可防止液体和其他颗粒物通过机头与车针连接的缝隙渗透到机头内部；
	11. 手机照明：手机有照明，提供产热少、接近自然光源的亮度；
	12. ▲机头有过热保护，可以有效防止热量在手机头部积累，避免医生操作过程中由于机头的过度产热对患者口腔造成损伤；
	13. 机头尺寸：直径约 12.6mm；
	14. 噪声： ≤ 59 dBa；
	15. 扭矩： ≈ 0.16 Ncm；
	16. 热清洗：可 $\geq 93^{\circ}\text{C}$ 热清洗；
	17. 灭菌：可 135°C 高温高压灭菌；

18. 手机重量：75-80g。

6. 保修期：提供不少于三年的免费质保，终身免费维修；
7. 交货期：签订合同后 30 日内；
8. 合格报价人的基本条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
 - (2) 报价人为所投产品的制造商或者代理商；
 - (3) 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。
9. 报价文件要求：
 - (1) 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章；
 - (2) 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书(响应表)。带“▲”条款负偏离可能会严重影响议价结果；
 - (3) 设备报价单(需注明产品的产地、品牌、型号、保修期)。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。
10. 符合资质的供应商请在 2023 年 04 月 17 日至 2023 年 04 月 24 日 期间,把响应文件递交(或邮寄) 到 广州市海珠区新港西路海康街 68 号 。联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。