

广东省职业病防治院酶标仪采购公告

我院本次采购酶标仪项目采用议价方式进行采购，欢迎符合资质的供应商前来参加。有关事项如下：

- 1. 项目编号：GDZFYSB202305-02
- 2. 项目名称：广东省职业病防治院酶标仪采购项目
- 3. 最高限价（人民币）：9 万元整
- 4. 采购数量：1 台
- 5. 技术参数及配置要求

名称	技术参数及配置要求
酶标仪	1、检测波长范围 $\geq 190\text{nm} \sim 1000\text{nm}$ （1 nm 步进）；
	2、波长准确度 $\leq \pm 1.0\text{nm}$ ；
	3、波长重复性： $< 0.2\text{nm}$ ；
	4、带宽： $\leq 2.5 \text{ nm}$ ；
	5、杂散光： $< 0.01\%$ ；
	6、测定范围 $\geq 0 \sim 4.0000\text{OD}$ ；
	7、OD 线性范围：1.0% + 0.003 OD（0 - 2.5 OD）；2.0%（2.5 - 3.00D）；
	8、OD 准确度：1.0% + 0.003 OD（0 - 2.5 OD）；2.0%（2.5 - 3.0 OD）；
	9、OD 重复性：CV $< 0.5 \%$ ；
	10、孵育温度： $\geq$ （室温+2℃） $\sim 65^{\circ}\text{C}$ ；
	11、振荡：线性振荡，具有低、中、高三种振荡速度；
	12、读取速度：96 孔板 $\leq 20\text{s}$ ；
	13、微孔板类型： 96 孔板。
	14、操作用电脑
	15、承担首次计量检定费用，并提供计量检定结果合格的报告作为验收依据。

配置	标配+电脑+孵育振荡仪+微量检测板
----	-------------------

6. 保修期：不少于三年免费保修，终生维修服务。
7. 交货期：签订合同后 30 日内
8. 合格报价人的基本条件：
 - 8.1 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
 - 8.2 报价人为所投产品的制造商或者代理商。
 - 8.3 如采购项目为医疗设备，报价人需依法取得《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；所投设备需具有有效的医疗器械注册证(Ⅱ/Ⅲ类)。
9. 报价文件要求：
 - 9.1 对照“第8点”的相关证照复印件加盖公章。
 - 9.2 对照“第5点技术参数及配置要求”提供用户需求书（响应表）。
 - 9.3 设备报价单（需注明产品的产地、品牌、型号、保修期）。

以上资料一式一份装在档案袋并密封好。档案封面上应注明议价项目编号、名称、报价公司名称、联络人及手机电话号码。
10. 符合资质的供应商请在 2023 年 05 月 04 日至 2023 年 05 月 09 日期间，把响应文件递交(或邮寄) 到广州市海珠区新港西路海康街 68 号。联系人：钟小姐， 联系电话：020-34063091。